承認番号：22600BZX00198000

＊2024年 4 月（第2版）
2022年12月（第1版）

医療用品（4）整形用品
高度管理医療機器　体内固定用プレート（JMDN35241003）
（体内固定用ネジ（JMDN16101003））

Lorenz Sterile Trac プレーティングシステム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
（使用方法）
1. 本品はディスポーザブルにつき、再使用は禁止。
2. 本品を必要以上に折り曲げないこと。また逆方向へ曲げなおしをしないこと。［荷重下で破損するおそれがある］
3. 品質の低下や汚染の可能性があるので再滅菌しないこと。

（適用禁忌）
1. 活動性感染がある場合は使用しないこと。
2. 敗血症患者には使用しないこと。
3. 輸血制限・骨の質又は量が不完全・潜在感染などの状態にあるときは使用しないこと。
4. 術後管理を行う意思のない、又は術後管理ができない精神状態の患者に対しては使用しないこと。
5. 金属過敏反応（アレルギー）の患者に使用しないこと。（疑いがある場合は術前にテストすること。）
6. 下顎には使用しないこと。

（併用医療機器）
他社製のインプラント、他社製の機械器具との併用はしないこと。（正しい骨接合を行うため、本システムのプレートとスクリューの組み合わせで必ず使用すること。また、本システム専用の機械器具を使用すること。）（「相互作用」の項参照）

【形状・構造及び原理等】
1. 組成
1）プレート　：チタン
2）バーホールプレート　：チタン
3）シャントプレート　：チタン
4）スクリュー　：チタン合金

2. 形状又は構造
本品の代表的な製品の外観・形状は下記のとおり。

1)プレート　2)バーホールプレート　3)シャントプレート　4)スクリュー

本添付文書に該当する製品の製品番号、サイズ等については包装表示ラベルを確認すること。

3. 原理
使用部位に合わせて、1)プレート、2)バーホールプレート、3)シャントプレート及び 4)スクリューを併用し、頭蓋、顔面、上顎の骨修復術、骨切術、骨再建術及び補綴に使用する。スクリューによる固定は、予め骨孔を掘削する必要がないセルフドリリングスクリューを使用する。しかし、一度セルフドリリングスクリューにより骨孔が開いた場所へ使用する場合にはエマージェンシースクリューを使用する。

【使用目的又は効果】
頭蓋、顔面、上顎の骨修復術、骨切術、骨再建術及び補綴に使用する。

【使用方法等】
1. 使用前
1）本品の構成品であるスクリューと同様に、以下のスクリューの併用が可能である。
販売名：ThinFlap Sterile Trac システム
承認番号：22100BZX00856000

2. 使用方法
［プレートの使用方法］
1）骨片を整復し仮固定した後、適切な形状のプレートを選択する。
2）必要に応じて最小限の曲げ加工を行う。
3）プレートを骨面にあてがいスクリューで完全に固定する。

［バーホールプレートの使用方法］
1）必要に応じて最小限の曲げ加工を行う。
2）頭蓋骨閉鎖に際し、骨片を元に戻す。
3）バーホールを覆い、スクリューで完全に固定する。

［シャントプレートの使用方法］
1）必要に応じて最小限の曲げ加工を行う。
2）頭蓋骨閉鎖に際し、骨片を元に戻す。
3）バーホールを覆い、シャントプレートの窪み部分に、シャントチューブを通し、最低4本のスクリューを使用し固定する。

［スクリューの使用方法］
予め骨孔を掘削する必要がなく、ドライバーを用いてねじ込むことにより、1)プレート、2)バーホールプレート、3)シャントプレートと骨片とを固定する。セルフドリリングスクリュー使用により、一度骨孔が開いた場所へスクリューを挿入する場合には、エマージェンシースクリューを使用する。

3. 使用方法に関連する使用上の注意
［プレート、バーホールプレート、シャントプレートの使用］
1）自社専用器具を使用してプレートに曲げ加工を施す場合、曲げ加工は最小限に留めること。曲げ加工を何度も行ったプレートは使用せず破棄すること。
2）プレートの破損原因となる為、曲げ加工を行う自社専用器具は慎重に使用すること。
3）破損の危険性があるので、鋭い角度、又は小さい曲げ半径に加工しないこと。
4）曲げ加工を施したプレートは、使用前に傷がないか、又はネジ穴に凹みや変形を与えていないか必ず確認し、問題がある場合は破棄すること。

［スクリューの使用］
1）特定のシステム専用にデザインされたスクリュードライバーを使用すること。
2）ドライバーはスクリューヘッドに対して正確に垂直に合わせること。［不適切な把持により、スクリュー及びドライバーに損傷を与える可能性がある］
3）スクリューをねじ込む際にはドライバーを回すのみにとどめ、過剰な負荷をかけないこと。また、スクリュー挿入に抵抗を感じる場合は、骨質が異常に硬い、もしくは厚い可能性がある。その為、無理な挿入を続けるとスクリューが折損し、破損部が体内に残留するおそれがあるので注意すること。
4）スクリューの締め付けの限度は、スクリューヘッドの裏面が骨又はプレートのスクリューヘッド孔に接触し、ドライバーを回した際に抵抗が急に高くなることで確認すること。
5）バイコーティカルに使用する場合、スクリューが破損する可能性がある。

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること。）
1）骨腫瘍又は悪性腫瘍のある患者
2）骨が硬く肥厚している患者［穿孔時に、骨又は周辺組織に発熱による損傷を与えることがある］
3）小児への適用［骨の成長や保持が予測できないため］

手術手技書を必ずご参照ください

2. 重要な基本的注意

1) 患者に対して術後の指導を十分に行い、適切な術後管理を行うこと。[術後、癒合前に過負荷を与えると折損等が起こり、不具合発現の危険性がある]
2) 本品の正しい選択が重要である。患者に対し適切なサイズ・形状・デザインの製品を選択し使用すること。また、使用の際には必ず製品の表示情報を確認すること。
3) 事前に処置方法、機械器具及び手術手順を熟知し、適切な治療計画を作成すること。
4) 本品の使用は骨固定及び広く骨折と復元手術の処理を補助する意味合いがあるが、正常な骨の代わりにはなりえないこと、術後管理を怠ることにより、本品に欠陥が生じ、治療が不完全になることを患者に対して十分説明し理解を得ること。
5) 本品の使用前に、手術で期待出来ること、使用に関連する危険性、起こりうる副作用等を患者に対して十分に説明し同意を得ること。
6) 体内に固定される一般的な金属インプラントは、体内で絶えず塩・酸・アルカリといった腐食の原因となる環境の変化にさらされている。また、異種の金属を互いに接触させると、異種金属接触腐食を早め、インプラントの破損を助長する可能性がある。
7) 体内に留置したインプラントは常にストレスを受け続ける為、疲労破壊を起こす可能性がある。医師は、本品に対し、医学的な見地だけでなく、材質的な見地からも十分に考慮すること。
8) 必要な場合を除き、本品の形状を変えないこと。本品の加工による形状変更は、本品本来の強度を弱め、破損の原因になるおそれがある。
9) 治療終了後も本品を体内に留置させた場合、本品が応力遮蔽の原因となり患部が再骨折する危険性がある。医師は、治療終了後に本品を取り除くか留置するか、リスクとベネフィットを検討し、決定すること。また、本品が体内に留置されている間は、通常の術後検査を引き続き行う必要性があることを患者に説明すること。
10) 一般的な骨接合の目安は2～3ヶ月であるが、本品を抜去する場合には、画像診断等で骨が完全に接合していることを確認の上、専用機械器具を用いて行うこと。また、チタン合金は生体適合性が高いため、術後長期間後にはスクリューと骨が強固に固着した状態となることがある。抜去する際には、スクリューの損傷を引き起こさないよう、十分に注意すること。
11) 1回使用したものは絶対に再使用しないこと。損傷を受けていないように見えても、以前に加わった応力により本来の機能が損なわれ、寿命が短くなっている可能性がある。
＊ 12) 非臨床試験によって本品はMR Conditional であることが示されている。本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、安全にMR 検査を実施することが可能である。（自己認証による）；
・ 静磁場強度：1.5 T、3.0 T
・ 静磁場強度の勾配：3000 Gauss/cm以下
・ MR 装置が示す全身最大SAR：2 W/kg（通常操作モード）
上記条件で15 分のスキャン時間において本品に生じ得る最大の温度上昇は4.5℃未満である。本品が3.0T のMR 装置における勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から37mm である。
T：Tesla、磁束密度の単位、1 T = 10,000 Gauss
SAR：単位組織質量あたりの吸収熱量、単位はW/kg

3. 相互作用

併用禁忌・禁止（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他社製のインプラント	インプラントの緩み、脱落、破損等の危険性が高まるおそれがある。	インプラントが正しく固定出来ないことで固定力の不足、及び機能が低下する。
他社製の機械器具	患者、医師又は第三者への危害	インプラントと機械器具の双方に予測不能な不具合

4. 不具合・有害事象

1) 重大な不具合・有害事象
以下の有害事象が発現する可能性がある。
① 不十分な骨構造、骨粗鬆症、骨溶解、骨髄炎、血行再生阻害や感染により本品の緩み、屈曲、損傷や破損を起こす可能性がある。
② プレートの破損、屈曲や損傷などを起こす可能性がある。（骨が形成されるまでの、本品による固定は一時的なものであるため、 過大な負荷をかけないこと。）
③ 癒合不全、癒合遅延、非結合を起こす可能性がある。
④ 骨折、骨切部、及び本品周辺の線維組織増殖反応

2) その他の不具合と有害事象
① 術後、体位の変換による矯正、高さ、整復等に対する本品のゆるみ又は移動の可能性がある。
② 本品に対し、金属過敏反応又は異物アレルギー反応が起こる場合がある。
③ 製品の腐食、汚染、腫瘍形成、自己免疫疾患の可能性がある。
④ 応力遮蔽により骨密度が減少することがある。
⑤ 本品からの圧による皮膚や粘膜上の穿孔、披裂、刺激や痛みが生じることがある。
⑥ 本品の不適切な位置決めに起因する組織損害の可能性がある。
⑦ 本品の存在により、疼痛、不快感や異常な感覚を起こす事がある。
⑧ 部位を問わず、全ての本品に早期、長期埋植後の緩み折れ曲がり、破損が見られることがある。
⑨ 外科手術による傷が原因の神経性損傷を招く場合がある。
⑩ 感染を起こす場合がある。
⑪ 骨壊死する場合がある。
⑫ 麻痺（完全又は不完全）を含む神経機能失調、知覚不全、感覚異常及び疼痛の発現あるいは、その継続、又はしびれ感、神経腫、刺激感が見られることがある。
⑬ 瘢痕形成周辺部で生じる神経学的妥協による神経疼痛、皮膚傷又は変色が見られることがある。
⑭ 骨折、粉砕骨折の可能性、又は骨、移植骨や移植片採取部に損傷が見られることがある。
⑮ 解剖学上の手術部位の成長停止、可動性又は機能の損失が見られることがある。
⑯ 出血、血腫、塞栓症、卒中発作、過度の出血、静脈炎、損傷壊死、損傷破裂、血管への損害が見られることがある。
⑰ 精神的な状態の変化が見られることがある。
⑱ 本品の疲労破損
⑲ これらの不具合及び有害事象の治療のため再手術が必要な場合がある。
⑳ 本品の内在に起因するMRI 等画像へのアーチファクトの発生及び発熱の可能性がある。

上記の項目が、不具合・有害事象の全てではない。

5. 高齢者への適用

本品を定着させるために必要な骨量又は骨質の検討を要する。

6. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

固定部分では成長停止が見られるので、小児への適用には検討を要する。

7. その他の注意

1) 遅延性又は難治性骨折に本品を使用する場合は、重量や負荷の軸受け部分で金属疲労による破損が生じる場合があるので、組織の十分な癒合が得られるまで、骨折部位の固定を維持すること。
2) 手術後定期的な診療を行い、X線画像などで骨折部の癒合状態を確認しながら、負荷や活動について適切な指導を行うこと。
3) 骨折治癒後の本品の緩み・破損・位置ずれ等による痛みや圧迫感に対して本品の抜去を行う場合は、そのリスクとベネフィットを十分に考慮した上で行うこと。
4) 手術室から戻されたインプラントは、汚染されている可能性がある為、患者の血液や体液等に接触していないか、確認することが重要である。汚染されたインプラントは、廃棄すべきであり、洗浄、再滅菌することは出来ない。

手術手技書を必ずご参照ください

5) 一度手術に使用し埋植した製品や損傷を受けた製品は、インプラントの変形、ネジ山等の傷等により折損等が起こるおそれがあり、品質管理上、再出荷できないため、返却せずに医療機関にて適切に処分すること。

【保管方法及び有効期間等】
保管の条件：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社
電 話 番 号 ：03-6402-6600（代）
製 造 業 者 ：Biomet Microfixation
バイオメット　マイクロフィクセーション（アメリカ合衆国）

手術手技書を必ずご参照ください