医療機器承認番号：22600BZX00397000

**2022年7月改訂（第4版）
*2022年3月改訂（第3版）

医療用品 4 整形用品

高度管理医療機器 歯科用インプラントアバットメント JMDN コード：70910000

3i ロープロファイル　アバットメント（4）（ヒーリングキャップ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・本品は一回限りの使用のみで再使用できない。
・チタン合金に敏感な患者に使用してはならない。

【形状・構造及び原理等】
本品は、滅菌済み、一回限り使用のアバットメント、シリンダー及びスクリューからなるインプラントシステムで、顎骨内に埋め込んだ歯科用インプラントに接続し、義歯を固定する補綴に使用される。

製品番号	製品名
LPCHC	ロープロファイル アバットメント ヒーリングキャップ

成分：チタン合金

基本的形状：

【使用目的又は効果】
歯の欠損部位に埋植した歯科用インプラントに接続し、歯科用補綴物を支持することによって咀嚼機能を回復させるものである。

歯科用インプラントアバットメントの定義：
歯科用インプラントフィクスチャに固定して上部構造体の支台となるもの又は歯肉が治癒するまで暫間的に使用するものをいう。

【操作方法又は使用方法】
インプラントを顎骨に埋植する一次手術ののち、3～6 ヶ月間経過して骨の治癒が十分に完了した後、アバットメントを連結する二次手術を行う。二次手術で適切な高さのアバットメントをインプラントに連結し、ヒーリングキャップをアバットメントに装着する。粘膜を縫合し、歯肉の安定を図るため約 1 ヶ月間の期間をおいてから印象採得を行う。印象採得の後、暫間補綴を経て、最終補綴物を装着する。

使用するドライバーは次のとおり

ｱﾊﾞｯﾄﾒﾝﾄﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの販売名/構成品名	一般的名称	届出番号
3i ドライバー	歯科用インプラント手術器具	13B1X00079000107
ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 17mm(L)		
ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 24mm(L)		
3i ドライバーチップ	手術用ネジ回し	13B1X00079000116
ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ 24mm(L)		
ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ 30mm(L)		

**【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1) 本品が術野内等で破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。取扱いには十分に注意し、破損片を必ず体内から除去すること。
2) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
3) 本品は、非臨床試験により条件付きMR対応であることが実証されている。本品を埋植した患者が以下のMRシステム条件下でスキャン撮影を行った場合、安全に実施できる。（自己認証による）
・静磁界 1.5 T 及び3.0 T
・最大空間磁場勾配 3,000 ガウス/cm (30 T/m)
・報告されている最大MRシステム全身平均比吸収率(SAR)
2 W/kg (通常操作モード)
4) 上記の条件下で15分間、継続的にスキャン実施後のZimmer Biomet補綴製品の最大温度上昇は、3.0 T で4℃以下、1.5 Tで3℃以下であると考えられる。
5) 非臨床試験では、勾配エコー・パルスシーケンスで3.0 Tおよび1.5 T MRシステムを使用して撮影した場合、本品が引き起こす画像アーチファクトにより、インプラントから放射状に、それぞれ2.7cmおよび2.2cmまで伸長する。

2. 相互作用
［併用禁忌・禁止］（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されている。正しく機能しないため、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

3. 不具合・有害事象
本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
1) 不具合
・過剰な負荷がかかった場合、疲労による破折及び変形を起こすことがある。
2) 有害事象
・本製品の破損により起こる患者及び、作業者の損傷。
・一時的な局所性炎症またはアレルギー反応。

【保管方法及び有効期間等】
室温保管

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売業者
ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル２Ｆ
電話：03-4333-9900

製造業者
バイオメット スリーアイ インク（Biomet 3i Inc.）
アメリカ合衆国