2023 年 5 月 2 日改訂（様式第 1 版）　　認証番号：第 227AFBZI00100000 号

類別：機械器具 72 視力補正用レンズ

管理医療機器　単回使用検査用コンタクトレンズ　JMDN コード：34651020

Katena 検査用コンタクトレンズ

【禁忌･禁止】

1）本品は滅菌済み製品であるため、再滅菌、再使用しないこと。

2）使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。

3）包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

【形状･構造及び原理等】

（品種）

品名	倍率 (x)	ﾚｰｻﾞｰｽﾎﾟｯﾄ倍率(x)	
3 ミラーレンズ ディスポーザブル	0.93	1.08	*1
4 ミラーレンズ ディスポーザブル	0.8	—	
1 ミラーレンズ ディスポーザブル	1.0	1.0	*1
ファンダスレンズ ディスポーザブル	0.93	1.08	*1
レチナ 90 レーザーレンズ ディスポーザブル	1.0	1.0	*1
レチナ 130 レーザーレンズ ディスポーザブル	0.65	1.55	*1
レチナ 170 レーザーレンズ ディスポーザブル	0.52	1.92	*1
レチナ 180 レーザーレンズ ディスポーザブル	0.8	1.25	*1
カプスロトミーレンズ ディスポーザブル	1.8	0.56	*2
イリドトミーレンズ ディスポーザブル	1.6	0.63	*2
サージカルワイドフィールドレンズ ディスポーザブル	0.42	—	
20° プリズムレンズ ディスポーザブル	1.02	—	
30° プリズムレンズ ディスポーザブル	1.02	—	
コンケーブレンズ ディスポーザブル	0.8	—	
拡大レンズ ディスポーザブル	1.2	—	
フラットレンズ ディスポーザブル	1.02	—	
4 ミラーサージカルレンズ ディスポーザブル	0.8	—	
1 ミラーサージカルレンズ ディスポーザブル	1.0	—	
サージカルゴニオプリズム RH ディスポーザブル	1.2	—	
サージカルゴニオプリズム LH ディスポーザブル	1.2	—	

*1･･･使用可能レーザ波長域：400nm～825nm

*2･･･使用可能レーザ波長域：400nm～825nm, 1064nm

（品種）

品名	倍率 (x)	ﾚｰｻﾞｰｽﾎﾟｯﾄ倍率(x)	
3 ミラーレンズ ディスポーザブル スモールタイプ	0.93	1.08	*1
スーチャーレンズ ディスポーザブル	1.2	—	
レチナ 200 レーザーレンズ ディスポーザブル	0.6	1.67	*1
サージカルワイドフィールドレンズ WHD ディスポーザブル	0.42	—	

*1･･･使用可能レーザ波長域：400nm～825nm

（アクセサリー）

品名
シリコンリング ディスポーザブル
スーチャーリング ディスポーザブル
スーチャーリング ディスポーザブル タブ付

【使用目的又は効果】

眼科において、細隙灯顕微鏡（スリットランプ）又は手術顕微鏡を用いて眼内の観察・検査時に使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 本品を無菌的に開封する。
2. 本品はディスポーザブル製品であるので、一回限りの使用のみで再使用できない。
3. 患者にまっすぐ前方を見るよう指示する。
4. 患者の角膜に本品の接眼部が接するように慎重に置く。
5. 細隙灯顕微鏡（スリットランプ）又は手術顕微鏡を介して眼内を観察・検査する。

【使用上の注意】

・使用目的以外には使用しないこと。

・再滅菌、再使用しないこと。

・使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。

・包装の破損等により、製品の無菌性が損なわれていると考えられる場合には使用しないこと。

・使用するために必要な知識、技術に習熟した医師以外は使用しないこと。

【保管方法および有効期間等】

・輸送及び保管条件：-10℃～+40℃

・使用期限：包装の使用期限の欄に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・外国製造業者の名称及び国名

Katena Products, Inc.　　U.S.A.

・選任製造販売業者の名称及び住所

選任製造販売業者名称：株式会社タカギセイコー

住所：長野県中野市岩船 330-2