＊2018年10月（第2版）
2017年　8月（第1版）

認証番号：229AGBZX00038000

歯科材料04　歯科用根管充填材料
管理医療機器　　歯科用根管充填固状材料　　70873000

プロテーパー・ゴールド ガッタパーチャ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品は再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状：本品は、プロテーパー・ゴールド（電動式歯科用ファイル）で拡大形成された根管に用いる、コーン状のガッタパーチャである。



（単位：mm）

種類：５種類

種類	先端直径 D0 (mm)	直径 D9 (mm)	ｶﾗｰｺｰﾄﾞ
F1	0.18	0.730	黄
F2	0.23	0.800	赤
F3	0.28	0.850	青
F4	0.38	0.860	黒
F5	0.48	0.845	黄

（全長：28mm）

材質：　酸化亜鉛、ガッタパーチャ、他

【使用目的又は効果】
歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】
1. 電動式歯科用ファイル「プロテーパー・ゴールド」（医療機器認証番号：228AGBZX00081000）を用いて根管拡大形成を行います。
2. 最終拡大形成に使用したプロテーパー・ゴールドの種類に対応する本品を選択し、根尖から1～2mm程度離して本品の適合を確認します。
3. 根管内を洗浄、乾燥させた後、本品に少量の歯科用根管充填シーラを塗布します。
4. 本品を根管内に挿入し、ヒートキャリアを用いて歯冠部側の余剰分を切断します。
5. ヒートキャリアで根管内の本品を加熱し、プラガーを用いて本品を加圧します。その際、ヒートキャリアを引き出して本品の上部を切断します。
6. 大・小サイズのヒートキャリア及びプラガーを用いて 5.のステップを繰り返し、根尖部3～4mmを確実に充填させます。
7. 歯冠部側は歯科用根管充填シーラを塗布し、本品を少しずつ加熱しながら、プラガーで加圧して充填します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
1. 本品を使用する前に必ずアルコールなどで消毒すること。
2. 使用するファイルシステムの取扱い方法に従い、根管拡大形成を行うこと。
3. 側方加圧法により充填させる場合は、通法のとおりスプレッダーを用いて凝縮させ、必要に応じてアクセサリーポイントを使用すること。
4. 同一歯牙の複数根管に充填する場合は、シーラを全ての根管に同時に塗布すること。
5. 高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌は行わないこと。
6. 完全抜髄した歯髄に対して適用すること。

【使用上の注意】
1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
2. 重要な基本的注意
(1) 本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
(2) 本品は再使用しないこと。
(3) 本品を根管内に装着する時、根尖孔から突出させないよう、十分注意すること。
(4) 本品を根管充填した後の数日間、打診痛が出る場合があります。

【保管方法及び有効期間等】
［保管の条件］
本品は、直射日光及び高温多湿を避けて涼しい場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者　　デンツプライシロナ株式会社
製造国　　アメリカ
＊製造業者　　タルサ デンタル プロダクツ
Tulsa Dental Products, LLC

［問い合わせ窓口］
カスタマーサービス
電話番号　　0120-789-123

BC-TA163