*2020年12月改訂　（第2版）
2019年12月作成　（第1版）

製造販売届出番号：22B2X10020000013

機械器具74　医薬品注入器
一般医療機器　子宮用注入器　15622000

子宮内注入カニューレ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 本品を使用中は感電、火傷、損傷の恐れのある機器を使用しないこと。
4. 患者及び本品に過剰な力を加えない。予め使用可能かを確認すること。

【形状・構造及び原理等】

1.　形状図



2.　原材料

名称	材質
シャフト	ステンレス
ストッパー	スチレンエラストマー

【使用目的又は効果】

本品は子宮内に液体又は医薬品等を注入するために用いる器具である。本品は滅菌済みであり単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前
   1) 本品は滅菌済みであり、再使用できません。
   2) 滅菌パックの点検、本品の外観の点検を実施し、本品及び滅菌パックの損傷がなく、正常な機能、使用に適するかをご確認ください。異常が認められたときには使用しないでください。
   3) 膣鏡を挿入して、子宮頚部を露出し、外子宮口部分は十分な消毒を行ってください。

2. 使用方法
   1) 本品のストッパーの先端を子宮頚部に挿入ください。
   2) 本品のコネクターに薬液、造影剤等の入ったシリンジ等を接続します。
   3) 子宮内に薬液等を送入します。
   4) 使用後、本品を静かに引き抜いてください。
   5) 終了後、本品を抜き取り、膣内を消毒ください。

3. 使用後
   1) 医療廃棄物として適切に処理してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
   1) 使用前には必ず添付文書をお読みください。
   2) 使用における手技に精通した術者が行ってください。
   3) 使用に適さない患者には使用しないでください。
   4) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
   5) 使用直前に開封してください。
   6) 感染等を防止のため、必ず手袋を着用ください。
   7) 滅菌袋が破損しているものや、本品に異常が認められるものに関しては使用しないでください。
   8) 改造や無理な使用はしないでください。
   9) 使用中は患者状態を常に確認し、異常が見られた場合、使用を中止してください。
2. 使用上の重要な注意
   1) 本品は滅菌済みです。再滅菌しないでください。
   2) 再使用は禁止しております。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法
   水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管してください。
2. 有効期間・使用の期限
   製品ラベルに使用期限を記載されています。
   ご確認ください。

【包装】

個包装　　1本入又は20本入／箱

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
TEL:0545-65-7122　FAX:0545-65-7128

製造業者　株式会社北里コーポレーション

【お問い合わせ先】

株式会社北里コーポレーション
TEL:0120-457-454(フリーダイヤル)
FAX:0120-111-471