**2023年　5月改訂（第3版）
*2023年　3月改訂（第2版）

製造販売届出番号：22B2X10020000017

機械器具75　脱疾治療用器具
一般医療機器　脱疾治療用ストラップ　30883000

キタザト・骨盤底サポーター

【警告】
1. 下着の上から着用して下さい。
2. 就寝時は取り外して下さい。
3. 身体に不調がみられた場合は使用を中止し、症状が回復してからご使用ください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状図
(1)ベルトタイプ

(2)ショーツタイプ
1)ベージュ　　2)黒

*2. 原材料
(1)ベルトタイプ
綿、ナイロン、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
(2)ショーツタイプ
1)ベージュ
綿、ポリウレタン、レーヨン、ナイロン、ポリエステル
2)黒
ナイロン、ポリウレタン、綿、ポリエステル、レーヨン

【使用目的又は効果】

本品は、骨盤臓器脱の症状を有する患者が下着の上から着用することで下垂・脱出する臓器を正常な位置に保持する器具である。

【使用方法等】

1. 装着前
(1)本品の外観を点検し、ほつれや破れがないことを確認する。

*2. 装着方法
(1)ベルトタイプ
1)臓器が脱出している場合は、体内に戻してから下着の上から着用する。
2)ベルト面板のマジックテープを用いて、腰ベルトと股ベルトを調整する。
3)装着後、股間部が圧迫されていることベルトが固定されていることを確認する。

(2)ショーツタイプ
1)臓器が脱出している場合は体内に戻してから下着の上から着用する。
2)着脱部のマジックテープを腹部側と背面側で調整する。
3)装着後、股間部が圧迫されていること、ベルトが固定されていることを確認する。

【使用上の注意】

1. 使用前には必ず添付文書をお読み下さい。
2. 使用中に身体に不調がみられた場合には、ご使用を中止して下さい。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
水濡れに注意し、高温・多湿な場所及び直射日光を避けて、清潔な状態で保管して下さい。
2. 耐用期間
ゴムが伸びてしまうと製品寿命ですので買い替えが必要です。

【包装】

個包装　1点入／袋

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　株式会社北里コーポレーション
〒416-0932 静岡県富士市柳島100番地10
TEL:0545-65-7122　FAX: 0545-65-7128
製造業者　株式会社北里コーポレーション
販売業者　株式会社北里ヘルスケア

**【お問い合わせ先】

販売業者　株式会社北里ヘルスケア
TEL 0545-66-2202