*2021年 7月(第2版)
2018年10月(第1版)

承認番号 23000BZI00020000

プログラム(02) 疾病治療用プログラム
管理医療機器
呼吸装置治療支援プログラム(71040002)（睡眠評価装置用プログラム(33843012)）

レスメドAirView

【形状、構造及び原理等】

＊ 1.構成
・アプリケーションサーバー
・ウェブサーバー
・データベースサーバー

2.動作原理

＊ ①治療装置で記録された治療データと装置設定データは、メモリーカード経由または通信モジュール経由でウェブサーバー、アプリケーションサーバーを介してデータベースサーバーに転送される。

＊ ②睡眠評価装置で記録された検査データは、パソコン経由でウェブサーバー、アプリケーションサーバーを介してデータベースサーバーに転送される。

＊ ③データベースサーバーに転送されたデータは本プログラムにアクセスしたパソコン上に表示され、レポートとして出力できる。

＊ ④本プログラムで設定変更したデータは、メモリーカード経由または通信モジュール経由で治療装置(人工呼吸器は除く)へ転送される。

【使用目的又は効果】

本プログラムは、睡眠時無呼吸または呼吸不全の治療装置から転送された治療情報の表示及び治療装置の設定変更が可能で、患者の治療経過観察を支援する。また、睡眠評価装置で記録されたデータを表示し、睡眠呼吸障害の診断を支援する。

＜使用目的又は効果に関連する使用上の注意＞

併用医療機器の通信モジュールを経由して持続的自動気道陽圧ユニット及び二相式気道陽圧ユニットの設定変更を行う際は、平成30年3月30日付医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知別紙「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の内容を遵守すること。

【使用方法等】

詳細についてはOnline Helpを参照すること。

1. 初回使用
① 本プログラムにアクセスするための使用許諾を取得する。
2. 常時使用
① パソコンのブラウザを起動し、本プログラムへアクセスする。
② 本プログラムにログインする。
③ 患者情報の入力・更新、検査/治療データ確認、レポート作成、治療装置の設定変更を行う。
④ 本プログラムからログアウトする。

3.併用医療機器

一般的名称	販売名	承認/認証番号
持続的自動気道陽圧ユニット	スリープメイト10	22700BZI00027000
持続的自動気道陽圧ユニット	AirSense 10 レスポンド	22700BZI00036000
持続的自動気道陽圧ユニット	AirSense 10 オート	22700BZI00041000
持続的自動気道陽圧ユニット	レスメドAirMini	22900BZI00024000
二相式気道陽圧ユニット	レスメドAirCurve 10 CS-A TJ	22900BZI00028000
二相式気道陽圧ユニット	レスメドAirCurve 10 CS-A	22900BZI00028A01
汎用人工呼吸器	NIPネーザルV	22300BZX00433000
汎用人工呼吸器	クリーンエア VELIA	22400BZX00017000
成人用人工呼吸器	クリーンエア ASTRAL	22600BZI00018000
睡眠評価装置	アプニアリンクAir	228AABZI00090000

【保守・点検に係る事項】

詳細についてはOnline Helpを参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：
レスメド株式会社
TEL 03-5829-4410
製造業者：
＊ ResMed Corp/ レスメド コープ（アメリカ合衆国）

Online Help を必ずご参照下さい。