

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

## 滅菌クロスガーゼ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は住所等】

製造販売業者

オオサキメディカル株式会社

〒452-0812 愛知県名古屋市西区玉池町203番地

お問い合わせ先 Tel 052-501-2167

製造業者

オオサキメディカル株式会社

郡上工場 〒501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納514番地

#### 【形状・構造及び原理等】

バルブ100%のセルローズ繊維から成る、不織布ガーゼを滅菌した製品です。

#### 【使用目的、効能又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

#### 【品目仕様等】

自社規格「旧医用不織布ガーゼ基準」に従う。  
滅菌保証は「医療用具の滅菌バリデーションガイドライン」に従う。

#### 【操作方法又は使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

- 体内へ留置しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 開封後は早めに使用すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。  
使用期限  
容器又は被包に表示【自己認証（当社データ）による】。

#### 【保守・点検に係る事項】

再使用・再滅菌禁止

#### 【包装】

S4号-20	25cm×25cm 4ツ折 20枚入滅菌バッグ包装	15袋箱入
S6号- 2	30cm×30cm 4ツ折 2枚入滅菌バッグ包装	50袋箱入
特製	病院特製仕様	