

2005年4月1日(新様式第1版)

届出番号 23B3X00006000007

医 04

一般医療機器 医療脱脂綿 (JMDN コード 70975000)

滅菌Sコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【操作方法、使用方法等】

適宜使用すること

【使用上の注意】

体内に留置しないこと

開封後は早めに使用すること

包装が破損、汚損しているものは使用しないこと

使用後は感染防止に留意し処理すること

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること

【保守・点検に係る事項】

再使用禁止

【包装】

滅菌済Sコットンカット綿3号20gMPAC

滅菌済Sコットンカット綿4号10枚MPAC

他 病院特殊仕様

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元 スズラン株式会社

〒462-0023 愛知県名古屋市中区安井四丁目1番29号

問い合わせ窓口 (TEL) 052-981-8501

製造元 Shanghai Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Yue Luo Road 314, Baoshan District, Shanghai, China

Suzhou Linglan Sanitary Materials Co., Ltd.

Liu He Town, Tai Cang City, Jiang Su, China