

＊2020 年 7 月（第 2 版）（原材料変更による改訂）
2020 年 5 月（第 1 版）

届出番号 23B3X00025004744

機械器具 1 2 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パック 3 7 2 4 0 0 1 0（JMDM コード）

g r u r i a（グルリア）

【警告】

・赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常が現れた場合は直ちに使用を止め、皮膚科専門医等に相談してください。

＊【原材料】

表 地 ： ポリエステル 1 0 0 %
裏 地 ： 綿 8 4 %
 ポリエステル 1 6 %
 （天然鉱石、日本加工）
ベルト ： ポリエステル 1 0 0 %
面ファスナー ： ナイロン 1 0 0 %

【形状・構造及び原理】

表



裏



綿に触媒・共鳴作用を持つ各種ミネラル混合体 PROUSION が含浸された本製品を装用することにより、体温の輻射熱としての遠赤外線輻射作用により温熱パック同様の効果を持たせ、血行を促進する。

【使用目的又は効果】

本製品を装用することにより、体温の輻射による遠赤外線作用を増幅させ、全身の温熱治療作用を及ぼす。触媒・共鳴作用に伴う温熱治療効果により、体内のミネラル・イオンが刺激され、体内水分が活性化されることにより、生体恒常性や生体機能の回復・維持が期待される。また、体内水分の活性化は全身の血流改善に繋がり、体温の上昇による代謝酵素の活性化などが得られ、併せて筋・組織の再生促進、酸素・栄養素の適正な組織への補充と老廃物の回収や活性酸素の除去による老化抑制、自律神経の安定によるストレスの軽減、α 脳波の増幅などに効果が期待される。なお、本品は再使用可能である。

【使用方法】

1. 本製品を個装箱から取り出す。
2. 目を覆うようにして装着する。
3. 面ファスナーをきつく巻きすぎないよう、ヘッドサイズに合わせて調整する。

【使用上の注意】

赤み・はれ・かゆみ・刺激等の異常が現れた場合は直ちに使用を止め、皮膚科専門医等に相談してください。
本製品を洗濯する際は水洗いにし、長時間の浸漬は避け、洗濯後のアイロンは使用しないでください。
火気に近づけたり、電子レンジで加熱しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、水漏れ、高温、多湿な環境は避けて保管してください。
使用しない場合は湿気のないところで保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：東海光学株式会社
愛知県岡崎市恵田町字下田 5 番地 2 6
電話：0564-27-3050
製 造 元：SHAOXING KUAIQING TRADING CO.,LTD
(CHINA)

取扱説明書を必ずご参照ください