

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

ベレッツァ 5x スキャンボディ

【禁忌・禁止】

本品を口腔内で使用しないでください。

* 【形状・構造及び原理等】

主成分 : ステンレス (スキャンボディ)

チタン合金 (スキャンボディスクリュー)

形状・寸法 : 下表のとおり。(単位 : mm)

1.1 スキャンボディ

(1) Submerged Hex Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	DENTI_Super	12.9	4.5
	OSSTE_TS_MINI	12.9	4
	OSSTE_TS_REG	12.7	4.5
	ASTRA_AQUA_3.5/4.0	12.75	4
	ASTRA_LILAC_4.5/5.0	14.05	4.5
	ASTRA_YELLOW_3.0	12.25	4
	NOBEL_ACT_3.5	12.6	4
	NOBEL_ACT_4.3/5.0	12.55	4.5
	ZIMME_TSV_3.5	11.85	4.5
	ZIMME_TSV_4.5	11.85	5
	ZIMME_TSV_5.7	11.85	6
	BIOHO_INT_3.5	11.77	4.5
	BIOHO_INT_4.5	11.77	5
	BIOHO_INT_5.7	11.77	6
	IMPLA_LEGACY_3.5	11.85	4.5
	IMPLA_LEGACY_4.5	11.85	5
	IMPLA_LEGACY_5.7	11.85	6
	PLATO_ST-Pro_4.1	13.28	4.5
	KENTE-SB1	14.0	4
	KENTE-SB2	14.0	4
	KENTE-SB3	14.0	4.5
	NOBEL_ACT_5.5	13.0	5
	MEGAG_ANY	12.58	4
	MEGAG_ANO	12.95	4.5

(2) Hex Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	3I_INT_3.4	12.7	4
	3I_INT_4.1	12.35	4.5
	3I_INT_5.0	12.35	5
	3I_INT_6.0	12.35	6
	XIVE_3.0	13.5	4
	XIVE_3.4	13.54	4
	XIVE_3.8	13.37	4
	XIVE_4.5	13.38	4.5
	XIVE_5.5	13.4	6
	POIEX_HACEX_3.4	12.94	4
	POIEX_HACEX_3.7	12.35	4
	POIEX_HACEX_4.2	12.35	4.16
	POIEX_HACEX_4.7	12.35	4.68
	POIEX_HACEX_5.2	12.25	5.15
	THOMM_SPI_3.5	11.5	4
	THOMM_SPI_4.0	11.8	4.5
	THOMM_SPI_4.5	12.19	4.5
	IMPLA_LEGACY_3.0	11.84	4

(3) Non-Hex Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	P_BICON_2.0	13.5	4
	P_BICON_2.5	13.2	4
	P_BICON_3.0	13.2	4

(4) Square Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	STRAU_BL_3.3	13.05	4
	STRAU_BL_4.1/4.8	14.75	4.5

(5) Octa Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	STRAU_TL_4.8	12.79	4.5
	STRAU_TL_6.5	13.24	4.5
	OSSTE_SS_REG	12.55	4.5
	OSSTE_SS_WIDE	12.8	4.5

(6) External Hex Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	OSSTE_US_MINI	10	4
	OSSTE_US_REG	10	4.5
	OSSTE_US_WIDE	10	5
	NOBEL_BRE_3.5	10	4
	NOBEL_BRE_4.1	10	4.5
	NOBEL_BRE_5.1	10	5
	3I_EXT_3.4	10	4
	3I_EXT_5.0	10	4.5
	ZIMME_SPL_3.25	10	4
	ZIMME_SPL_3.75	10	4.5
	ZIMME_SPL_5.0	10	5
	BIOHO_EXT_3.5	10	4
	BIOHO_EXT_4.0	10	4.5
	BIOHO_EXT_5.0	10	6
	BIOHO_EXT_6.0	10	7

(7) External Non-Hex Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	D_NOBEL_MULTI_UNIT_4.8	10	4.8
	D_NOBEL_MULTI_UNIT_6.0	10	6
	D_STRAU_RN_SYNOCTA	10	5
	D_STRAU_WN_SYNOCTA	10	7
	D_STRAU_NC_D3.5	10	4
	D_STRAU_NC_D4.5	10	5
	D_STRAU_RC_D6.5	10	7
	D_STRAU_NC_ANGLE25	10	4.5
	D_ASTRUNI_2.0	10	4
	D_ASTRUNI_4.5	10	4
	D_ASTR_ANGLED_TCA	12	5
	D_OSSTE_MULTI	10	4.8
	D_IMPLA_LEGACY_MULTI	10	5
	D_3I_MULTI	10	4.8
	D_3I_SIC_MULTI	10	5
	D_OSSTE_TS_CONVE_4.0	10	4
	D_OSSTE_TS_CONVE_5.0	10	4.8
	D_OSSTE_TS_CONVE_6.0	10	6
	D_DENTI_MULTI	10	4.5

(8) Tri Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	CAMLO_3.3	15.33	4
	CAMLO_3.8	15.33	4
	CAMLO_4.3	15.33	4.5
	CAMLO_5.0	15.35	5
	NOBEL_REP_3.5	12.95	4
	NOBEL_REP_4.3	13.75	4.5
	NOBEL_REP_5.0	13.75	5
	NOBEL_REP_6.0	13.75	6
	NEOSS_3.25	11.62	4
	NEOSS_3.5	11.62	4.5
	CAMLO_CONELOG_3.3	13.83	4
	CAMLO_CONELOG_3.8	13.93	4
	CAMLO_CONELOG_5.0	13.9	4.5

(9) Torx Type

形状	名称	寸法	
		全長	最大径
	ASTRA_EV_3.0	12.7	4
	ASTRA_EV_3.6	13.3	4
	ASTRA_EV_4.2	13.5	4.5
	ASTRA_EV_4.8	13.55	5
	ASTRA_EV_5.4	13.55	5

1.2 スキャンボディスクリー

各スキャンボディには下図のスクリーが添付されています。



原理：作業模型等に埋入されたインプラントアナログ等へ締結してスキャンを行う。

【使用目的又は効果】

本品は印象採得に使用する器具である。

本品は CAD/CAM によるスキャン工程において個々のインプラントアナログ等の位置と方向を表し、CAD/CAM ソフトウェアで CAD/CAM 修復物の正確な位置を定めるために用いる。

【使用方法等】

本品を作業模型等に埋入されたインプラントアナログ等へ締結してスキャンを行います。

[使用方法に関する注意]

- 1) 本品をインプラントアナログ等に正確にセットすること。
- 2) スキャンに際しては、使用する CAD/CAM 装置の取扱説明書等をよく読んでから行うこと。

【使用上の注意】

- 1) 損傷、変形などのあるものは使用しないこと。

【保管方法及び使用期間等】

[保管方法]

- 1) 高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

製造元：DOOWONID Co., Ltd

ドゥオン カンパニー リミテッド

国名：韓国

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フルダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10:00～12:00 午後 1:00～5:00