CS
CY
CSR

2015年 4月作成（第1版）

医療機器届出番号　27B1X00045000116

機械器具 51　医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器　カテーテルコネクタ　JMDNコード32339000

スリムドレーンコネクター

再使用禁止

【警告】
1）コネクターをメス、ハサミ、針等により傷つけないこと。[コネクターが破損するおそれがある。]
2）カテーテル又はチューブ類に接続する際は、内径に適合するサイズのコネクターであることを必ず確認してから使用すること。[カテーテル又はチューブ類との接続不良による漏れや外れのおそれがある。]

【禁忌・禁止】
1）再使用禁止
2）消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベンジン等の有機溶媒を使用しないこと。[コネクターや接続するチューブ類に上記の有機溶媒を直接接触させると強度が低下し、破損するおそれがある。]

【形状・構造及び原理等】
本品は、UKドレーンカテーテルを吸引装置又は排液バックに接続するための専用コネクターである。

コネクター
①ストレートタイプ　②Yタイプ



③レザーバー用タイプ



〈製品仕様〉

コネクター形状	商品名 DCコネクター	コネクターサイズ(mm)	カテーテル適合サイズ	接続チューブ適合サイズ(mm)
ストレートタイプ	UC−0408−CS	4×8	19Fr	6〜8
	UC−0410−CS	4×10	19Fr 24Fr	8〜10
	UC−0608−CS	6×8	24Fr	6〜8
	UC−0610−CS	6×10	24Fr	10
Yタイプ	UC−0410−CY	4×4×10	19Fr 24Fr	6〜10
	UC−0610−CY	6×6×10	24Fr	10
レザーバー用タイプ	UC−1008−CSR	−	10Fr	−
	UC−1508−CSR	−	15Fr	−
	UC−1908−CSR	−	19Fr	−
	UC−2408−CSR	−	24Fr	−

【使用目的又は効果】
本品は、体内（胸腔、腹腔あるいは創部）に貯留した血液、膿、滲出液等を体外へ排出させるために用いる滅菌済みカテーテル製品の接続用コネクターである。

【使用方法等】
●使用前の注意
・コネクターの操作は無菌操作で行って下さい。
接続するカテーテル又はチューブ類の径を確認し、しっかりと嵌合させます。
●注意　接続後はカテーテル又はチューブ類とコネクターがしっかりと嵌合していることを確認し、必要に応じて、結束バンドを併用するなどの補強策をとって下さい。

【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
1）接続したカテーテルやチューブを鉗子等でクランプする場合、コネクターを一緒にクランプしないこと。[破損するおそれがある。]
2）エア除去等の目的で鉗子等の硬いものでコネクターを叩かないこと。[破損するおそれがある。]
3）排液バック等他の製品と接続する場合は、接続の外れや漏れ等がないことを確認してから使用すること。
4）吸引操作中はカテーテル又はチューブ類との接続部を観察し、排液の量や性状、吸引等異常がないことを確認すること。
5）包装を開封したらすぐに使用すること。
6）再滅菌はしないこと。

2．不具合・有害事象
1）不具合
・接続不良による漏れ、吸引不良
・エアリーク

【保管方法及び有効期間等】
1）保管方法
水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。
2）有効期間
包装の使用期限欄を参照のこと（自己認証による）。
有効期間：製造後３年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売（文献請求先も同じ）
ニプロ株式会社
電話番号：06-6372-2331（代表）

製造
ニプロ株式会社

NIPRO　ニプロ株式会社