

歯科材料 (07) 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス 70894000

ボナシートワックス **

*【使用目的又は効果】

〔形状〕

シートワックス ファイン	0. 35mm
シートワックス ファイン	0. 40mm
シートワックス ファイン	0. 50mm
シートワックス ファイン	0. 60mm
シートワックス ミディアム	0. 35mm
シートワックス ミディアム	0. 40mm
シートワックス ミディアム	0. 50mm
シートワックス ミディアム	0. 60mm
シートワックス コース	0. 35mm
シートワックス コース	0. 40mm
シートワックス コース	0. 50mm
シートワックス コース	0. 60mm

シートワックス スムース	0. 25mm
シートワックス スムース	0. 30mm
シートワックス スムース	0. 40mm
シートワックス スムース	0. 50mm
シートワックス スムース	0. 60mm
シートワックス スムース	0. 80mm

ボナ ワックスワイヤー	径2. 5mm
ボナ ワックスワイヤー	径3. 0mm
ボナ ワックスワイヤー	径3. 5mm
ボナ ワックスワイヤー	径4. 0mm
ボナ ワックスワイヤー	径5. 0mm

〔主成分〕

パラフィンワックス、カルナウバロウ、色素

〔原理〕

症例にあわせてパターンを耐火模型に圧接し、補綴物の蠟型を作製するために使用する。

【使用目的又は効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いるワックスをいう。

【使用方法】

ワックスを症例に合わせ適切なサイズにカットする。
カットしたワックスを耐火模型等に圧接する。
ワックスワイヤーをワックスと湯口に焼き付ける。
埋没は通法に従い作業をする。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- ①本品を使用する際、適切な換気がなされている場所で使用すること。
- ②溶解した本品は高温となるため、使用の際には、火傷をしないよう注意をすること。
- ③本品の使用により過敏症状が現れた場合には、使用を中止して医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

25℃以下の室温で、火気のない場所に保存すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エービーエス株式会社

製造元：al dente Dentalprodukte GmbH

国名：ドイツ