

医04 整形用品  
一般医療機器 単回使用クラスI 処置キット 33961001

## 透析キット I

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止（一症例一使用）
- ・ ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと

### \*\* 【形状・構造等】

本品は消毒、処置に必要とされる以下の部材を二品目以上組み合わせて滅菌したものである。

- ・ 医療ガーゼ
- ・ 医療脱脂綿
- ・ 医療用不織布
- ・ コットンボール
- ・ 救急絆創膏
- ・ 消毒剤
- ・ 消毒剤（綿吸着剤）
- ・ 縫合創傷被覆・保護材\*
- ・ 汎用注射筒\*
- ・ ピンセット
- ・ 縫棒
- ・ 固定用テープ
- ・ 手袋
- ・ 防水シーツ
- ・ 容器
- ・ 圧迫綿
- ・ ダストパック
- ・ キャップ
- ・ マスク
- ・ ドレープ
- ・ ガウン
- ・ 安全ピン
- ・ ホータイ
- ・ 不織布シート
- ・ 鉗子
- ・ 当てパット
- ・ 柄付きスポンジ

### 【使用目的、効能又は効果】

\*\* 一般的な処置を行うために必要なクラスIの各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

### 【操作方法又は使用方法等】

開封して適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- ・ 重要な基本的注意
- 1) 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
  - 2) 包装が開封、破損又は汚損している場合は滅菌品としての使用はしないこと。
  - 3) 開封後は直ちに使用すること。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### 1. 貯蔵・保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

#### \*\* 2. 使用期限

容器若しくは被包に記載[自己認証による]

### 【包装】

\*\* 本品の容器若しくは被包に入数を記載

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：ハクゾウメディカル株式会社

\*\* 住 所：大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
電 話：06-6942-0451(代)

製造業者：ハクゾウメディカルテクノス株式会社