

排唾管アダプター

【形状・構造及び原理等】

形状：



下記 3 種類がある。

- ・外径 11 mm の管と内径 16 mm の管の連結用
- ・外径 11 mm の管と内径 10 mm の管の連結用
- ・外径 6.5 mm の管と内径 11 mm の管の連結用

材質：ポリプロピレン

〔梱包〕

1 個

【使用目的又は効果】

口腔内の水分や切削片を除去するために用いる管状の歯科用器具と、径の異なる吸引装置の管を連結するために用いる。

【使用方法等】

- ・ A 側に外径寸法の適合する管を差し込み、B 側を内径寸法の適合する管に差し込む。

【使用上の注意】

- ・使用前に必ず製品の点検をすること。
- ・破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は使用しないこと。
- ・破折等の原因となるため、強い衝撃を与えないように丁寧に扱うこと。
- ・確実に接続できることを確認の上使用すること。
- ・歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ・廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用後洗浄又は消毒する際、感染予防のためゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用すること。
- ・機器に付着した血液、体液、組織等は、乾燥し、固化する前に流水による洗浄、洗浄液等への浸漬等により確実に除去すること。
- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- ・洗浄後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
- ・高圧蒸気滅菌すること。詳細は高圧蒸気滅菌装置の説明書に従うこと。例：120℃で 15 分又は 135℃で 5 分
- ・本品の品質を損なう恐れがあるので、滅菌時（乾燥時を含む）は、135℃以上に加熱しないこと。
- ・乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 06-6845-0066

製造業者：Premium Plus China Limited
（国名：中華人民共和国）