機械器具 66　歯科用練成器
一般医療機器　歯科用印象材混こう器　JMDN ｺｰﾄﾞ 38790000

アルジネートミキサー　MX-100

【禁忌・禁止】
埋込み型心臓ペースメーカーを装着している患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

・外観

・寸法　W205×D245×H310（mm）

・重量　18kg

【使用目的又は効果】

使用前にチェアサイドですぐに印象材を練和するために使用する電動式器具

【使用方法】

(1) 電源コードを接続し、本体背面の主電源スイッチを入れる。
(2) コントロールパネルの電源ボタンを押し、電源を入れる。
(3) メモリーセレクトボタンを押し、練和時間を選択する。
（出荷時に設定されている練和時間は自由に変更可能）
(4) 水と印象材を練和カップに入れ、しっかりと蓋を閉じる。
(5) 練和カップを本体にセットし、本体の蓋を閉じる。
(6) スタート/ストップボタンを押し、練和を開始する。
(7) 練和が終了したら練和カップを取り出し、スパチュラで印象材を取り出す。
(8) 作業終了時は本体背面の主電源スイッチを切る。

「使用方法等に関連する使用上の注意」

(1) 電源コードをコンセントに差し込む前にコードが完全に電源ケーブル挿込口に接続されているか確認すること。
(2) 練和時間の設定は印象材の説明書に従い調整すること。テスト練和を行い、最適な練和時間で使用すること。
(3) 故障の原因となるため、練和カップが空の状態で使用しないこと。
(4) 水と印象材の混合比は印象材メーカーの説明書に従うこと。
(5) 練和カップの蓋は確実に閉めること。機器の故障の原因となります。

【使用上の注意】

(1) 埋込み型心臓ペースメーカーを装着している患者には使用しないこと。
(2) 歯科従事者以外は本製品を使用しないこと。
(3) 本来の目的以外の用途には使用しないこと。
(4) 異常音、異常振動が発生した場合は直ちに使用を停止すること。
(5) 湿気や汚れのない換気の良い場所に設置すること。
(6) 落下事故の危険があるため、水平なしっかりとした台の上に設置すること。
(7) 分解・修理は行わないこと。
(8) 電源ケーブルや電源プラグ等に異常がある時は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(1) －20℃～60℃、湿度 35～95%で保管すること。
(2) 直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

(1) 練和カップは使用後、内部に残った印象材を取り除き清掃すること。
(2) 本体は乾いた布あるいは水で濡らした布で清掃すること。本体内部が濡れないよう注意すること。
(3) 練和カップ、スパチュラ、練和スティックは使用後すみやかに消毒すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号　072-735-7101

製造業者　　：Motion Dental Equipment Corp.
（ 国名：台湾 ）

取扱説明書を必ずご参照ください。