

器 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用前掛 JMDNコード 38355000

X線防護エプロン

【禁忌・禁止】

本品に損傷が見られる、又はその恐れがある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：ナイロン

形状：



【使用目的又は効果】

患者、術者等が診断および治療における放射線被爆から保護するために使用する衣類である。

JIS Z 4501「X線防護用品類の鉛当量試験方法」で規定されているX線管電圧100kVでの試験において、0.175mPb以上の遮へい効果を有する。

【使用方法等】

X線診療を行う際に、散乱放射線防護のために保護したい部分を覆う。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず製品の点検をすること。損傷が見られる、又はその恐れがある場合には、使用しないこと。
- (2) 使用後はハンガーにかけるなどして、折り目がつかないように注意すること。
- (3) 消毒は消毒用アルコール液で清拭すること。
- (4) 使用頻度・使用状況により遮へい材の劣化度合いが異なるため、使用状況の管理をすること。
- (5) 【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (7) 廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 高温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
- (2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【保守方法及び点検に係る事項】

- (1) 遮へい効果を損なわないために、使用後はハンガーにかけるなどして、折り目がつかないように保管すること。
- (2) 日常点検（始業前、終業後）を行うこと。
- (3) 安全のため、X線透視又は透過写真撮影による点検を定期的に行うこと。（6ヶ月に1回以上）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号 072-735-7101

製造業者：Taizhou Zhonglian Medical Technology Co., Ltd.
（国名：中華人民共和国）