機械器具 70　歯科用鋳造器
一般医療機器　歯科技工用形成器具　JMDN ｺｰﾄﾞ 70760000

フレキシブル DLC レジン充填形成器

【形状・構造及び原理等】

[形状]

N.01：154.0 +/−2×Φ9.24 +/− 0.20 mm

N.02：155.3 +/−2×Φ9.24 +/− 0.20 mm

N.03：146.8 +/−2×Φ9.24 +/− 0.20 mm

N.04：150.7 +/−2×Φ9.24 +/− 0.20 mm

N.05：154.6 +/−5×Φ9.24 +/− 0.20 mm

[材質]

ハンドル：アルミニウム
作業部：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ワックス、石膏、レジン又はセラミックス等を築盛あるいは彫刻形成するために用いる。

【使用方法等】

(1) 使用に先立って付着した残存物等を取り除く。
(2) 通法に従って、レジン等を築盛あるいは彫刻形成する。

【使用上の注意】

(1) 使用前に必ず製品の点検をすること。
(2) 破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷や劣化が確認された場合は使用しないこと。
(3) 破折等の原因となるため、過度の衝撃を与えたり、曲げ、切削、打刻、バーナー等による加熱等の加工を行わないこと。
(4) 使用時に先端部で負傷しないよう、注意を払うこと。
(5) **【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
(6) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
(7) 薬液等が付着した場合、腐食する恐れがあるため、速やかに清拭すること。
(8) 廃棄の際は関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
(2) 接触腐食を防ぐため、薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しないこと。
(3) 錆びている器具と一緒に保管しないこと。
(4) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管･管理をすること。

【保守・点検に係る事項】

(1) 洗浄剤を使用する際は、防錆性の洗浄剤を使用し、使用する洗浄剤の取扱説明書の記載内容に従って洗浄すること。
(2) 金属たわし、磨き粉等の使用は、器具表面に傷が生じ腐食の原因となるため避けること。
(3) 洗浄後は精製水で十分すすぎ、乾燥させること。
(4) 洗浄装置を使用する際は、器具どうしを接触させないこと。
(5) 乾燥させてから保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号　06-6845-0066

製造業者　：Indusbello Ind. e Com. de Prod. Med. e Odont Ltda.
(国名：ブラジル)