機械器具 50　開創又は開孔用器具
一般医療機器　歯科用開口器　JMDN コード 70949000

ラテックスフリー　チークリトラクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止
・本品の材質に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往症のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状：



種類	A	B
スモール	79㎜	92㎜
ミディアム	82㎜	94㎜

※寸法については許容差がある。

材質：ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー（TPE）

【使用目的又は効果】
歯科治療で患者の開口状態を保持する器具である。

【使用方法等】
(1)　外リング側から指で内リングの上部と下部を保持し、口腔内に装着しやすい形状に軽く曲げる。
(2)　内リングの左右いずれかを口角の裏側に合わせて、頬側粘膜部へ 挿入する。
(3)　反対側を、2 の操作と同様に口腔内に挿入する。
(4)　上唇と下唇の裏側に添わせるように内リングの位置を指で調整し、外リングは口腔外にくるように装着する。

【使用上の注意】
[使用注意]（次の患者には慎重に適用すること）
(1)　本品あるいは類似の成分に対して発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症の既往歴の有無を確認し、既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
(2)　本品の使用により発疹、発赤、腫脹、痒み等の過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、直ちに医師の診断を受けさせること。

[重要な基本的注意]
(1)　本品の誤飲に注意すること。
(2)　破損、摩耗、腐食、変形、脱落、その他損傷等が確認された場合は、使用しないこと。
(3)　本品は高圧蒸気滅菌しないこと。
(4)　本品使用前に必ず適切な方法で消毒をすること。
(5)　**【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。
(6)　歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
(7)　廃棄の際は感染防止に留意し、関係法令及び各自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
(1)　高温、低温、多湿、直射日光、水分（水漏れ）、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、加圧（物理的負荷）及び汚染を受けない清潔な場所に保管すること。
(2)　歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：プレミアムプラスジャパン株式会社
電話番号　06-6845-0066

製造業者　　：Tangshan Zhengtong Exhibition Co.,Ltd
(国名：中国)