

一般医療機器 類別:器 58 整形用機械器具
一般的名称:脊椎手術用器械 (JMDN コード:70963001)

プローベ レンケ・カーブ

【禁忌・禁止】

- 本品について、改造や加工等を行わないこと。[形状の変更や刻印をするなどの二次加工は折損の原因となるため]

【形状・構造等】

1.形状等

本品は、脊椎固定術等の脊椎手術専用の手術器械である。
(製品一例)



原材料:ステンレス鋼、シリコンゴム
(ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

2.原理

本品は、脊椎手術用手術器械として使用することにより、適切なサイズのインプラントを決められた位置に設置することができる。

【使用目的又は効果等】

本品は再使用可能な手術器械であり、脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる。

【使用方法等】

1.使用方法

- 本品は未滅菌のため使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】により行うこと。
- 本品を椎体及び椎弓根に挿入し、スクリューまたはボルト挿入のために下孔を作成する。
- 使用後は【保守・点検に係る事項】により洗浄すること。

*2.使用方法等に関連する使用上の注意

- 破損、曲がり等の原因となり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- 使用前にハンドルとシャフトの接続部に緩みがないことを確認すること。
- 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- 使用後は直ちに点検し、破損、折損等が見つかった場合は、摘出等の適切な処置を施すこと。
- 摩耗粉が生じた場合、速やかに洗浄し、除去すること。
- ハンマーや‘てこ’及び物を持ち上げるための道具として使用しないこと。あるいは他のインストルメントを曲げる、曲げ戻す、傷つける、強打する、ひっかく等、本来の使用法以外で使用しないこと。

【使用上の注意】

*1.重要な基本的注意

- 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚染物を除去し、感染防止のため洗浄・消毒すること。
- 損傷・変形等がある器械は、識別した上で返却すること。
- 滅菌は、正しく整備、校正された滅菌器を使用すること。
- 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので、できるだけ、使用を避けること。使用中に付着した時には水洗いすること。強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、破棄処分すること。

*2.不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

- 破損
- 変形
- 磨耗

(2) 重大な有害事象

- 感染
- 塞栓(脂肪、血液等)
- 骨折
- 過敏症
- 破損片の体内遺残

(3) その他の有害事象

- 機器の不適切な使用又は破損による関節の損傷
- 手術による神経組織の損傷
- 血管損傷

3.高齢者への使用

高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント設置後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検＞

- 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを検査すること。
- 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
- 汚れた器械は5分間以上洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい箇所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
- 壊れやすい部分に気をつけて、曲げたり、器械の機能を損なわないようにブラシ等で洗浄すること。
- 超音波洗浄により、中性洗剤を用い10分間以上洗浄すること。また、先端鋭利部同士が接触して損傷しないようにすること。
- 器械は温かい精製水(ろ過、蒸留水、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- 最終洗浄後は、直ちに乾燥させること。

＜滅菌方法＞

本品は、医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件下で滅菌を行う。

・高圧蒸気滅菌の場合

サイクル:前真空

温 度	時 間
121℃	20 分
132℃	10 分

(滅菌方法については、滅菌装置製造元の使用説明書に従うこと。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社フジプレックス

電話:0743-72-0888