2022年 3月 10日（第 3 版）　　認証番号：302AKBZX00025Z00

機械器具　55　医療用洗浄器

管理医療機器　膣洗浄器（JMDN コード　32616000）

ウィズイン

再使用禁止

【警告】
・膣洗浄の目的以外では使用しない。
・他の医療機器と併用禁止。
・取扱説明書を必ず守る。

【禁忌・禁止】
・再使用禁止。
・直射日光にさらす行為、及び加熱等
・使用期間の範囲を超える使用
・取扱説明書の範囲を超える使用

【形状・構造及び原理等】

本品を膣内に挿入し、ノズル内の洗浄液を膣腔に直接流入させ、膣内を洗浄することを目的とした機器である。＊洗浄液の内容量：1.7ｇ公差＋0.4g／－0.05g



患者接触部分の原材料
・ノズル、ピストン（ポリプロピレン）
・キャップ（ポリエチレン）
・パッキン（シリコーンゴム）

・洗浄液（精製水（主剤）、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、プロパンジオール、乳酸、クエン酸 Na、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、EDTA-2Na、ヒアルロン酸 Na、コンドロイチン硫酸 Na）

・使用時の説明図



・キャップを外したノズルを図のように膣に挿入し、ピストンを押下すると洗浄液が出て、膣内を洗浄します。

【使用目的又は効果】
　膣洗浄に用いる。

【使用方法等】

・手指を洗浄し、「OPEN」の印から袋を開封して本品の持ち手部分から取り出してください。
袋を開封後は直ちに使用してください。



（1）キャップは真っ直ぐ引き抜いてください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

（2）容器の先端からゆっくり膣へ
挿入してください。

（3）ゆっくりとピストンを押し、
洗浄液を出してください。



※挿入は矢印で示すふくらみ
の部分までにしてください。



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：有限会社クサノハ化粧品
住　　所：大阪府和泉市室堂町１２３－１
電　　話：0725-57-7117

【包装】
１本／袋

【使用上の注意】
・１本１回限りの使い切りタイプの為、再使用禁止。
・キャップを外したあとは、すぐに使用する。
・挿入は本品ノズルの膨らみ部分までとする。
・使用後は軽くふき取るか洗い流す。
・妊娠中や局部に炎症等の以上がある場合、使用前に医師に相談する。
・避妊フィルム等の殺精子剤を使用した後で、本品を使用しない。
・膣洗浄の目的以外で使用しない。
・使用中に異常が発生した場合、使用を中止し医師に相談する。使用後も症状が続く場合においても医師に相談する。

【保管方法及び有効期間等】

	包装袋開封前
有効期間	製造日より２年間 包装袋 EXP により使用期限表示 （西暦 4 桁．月 2 桁．日 2 桁）
保管方法	直射日光の当たらない屋内

【取り扱い上の注意】
本品及び梱包箱は落下等の衝撃を与えない。

取扱説明書を必ずご参照ください。