*2023年6月改訂（第2版）
2023年2月作成（第1版）

医療機器認証番号：305AGBZX00014000

歯科材料（02）歯冠材料
管理医療機器　歯科セラミックス用着色材料　JMDNコード：70823000

Perfit カラーリングリキッド

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造
性状：液体

タイプ	色調
デンティン	A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4
エフェクト	Brown、Blue、Gray、Dark Gray、Violet、Pink、Pink+、Orange、White、Snow、Snow light

2.原理
セラミックス系歯科修復物又は補綴物に本品を塗布し、乾燥後に焼成することにより着色する。

3.原材料
水、硝酸エルビウム、硝酸鉄、着色剤

4.包装
デンティン：50mL
エフェクト：20mL

【使用目的又は効果】

セラミックス系歯科修復物又は補綴物の色調調整に用いる。

【使用方法等】

［使用方法］
1. 着色する歯科修復物の汚れや油分等を取り除き、よく乾燥させる。
2. 使用前に本品容器をよく振り、着色を行う。
《塗布による着色》
1)清掃し乾燥した容器に、本品を適量注ぐ。
2)金属を含まないブラシを使用し、修復物に塗布する。
《浸漬による着色》
1)清掃し乾燥した容器に、修復物が完全に浸かる量の本品を注ぐ。
2)修復物を浸漬する。
3. 室温で約1時間30分、または乾燥機（40℃）で30分以上の乾燥を行う。
4. 乾燥後、着色した修復物の使用書に従い最終焼結を行う。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
・ ジルコニア製の歯科修復物以外には使用しないこと。
・ 本品を使用する際は、保護手袋及び保護眼鏡を着用すること。
・ 浸漬の際に使用するピンセットは、プラスチック製のものを用いること。
・ 使用後は速やかにボトルの蓋を閉めること。
・ 余剰に採取した本品はボトルに戻さないこと。
・ 他の製品と混用しないこと。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。
2. 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹸と水で洗い流すこと。異常がみられた場合は医師の診断をうけること。
3. 万が一、目に入った場合、直ちに大量の流水で洗い流し、医師の診断を受けること。
4. 誤飲した場合は、無理に吐き出さずに水でよくすすぎ、医師の診断を受けること。
5. 換気の良い部屋で使用すること。

*【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
1) 直射日光や多湿を避け、30℃を超えない場所に保管すること。
2) 歯科従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

［使用期限］
包装に記載の使用期限(製造日から2年)までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社　歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町１－９－１
電話番号：076-278-8800

製造業者：Vatechacucera,Inc.（バテックアキュセラ社）
製造国：大韓民国