

**2024年1月改訂(第9版)
*2023年6月改訂(第8版)

機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 脊椎手術用器械 70963001

UNIOS PL スペースー手術器械

【警告】

○本品の使用にあたりこの添付文書を事前に十分理解すること。
また患者の安全に細心の注意をはらい添付文書に従って使用すること。
[重篤な不具合、有害事象が発現するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

○本品を曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次的加工(改造)を行うことは、折損などの原因となるので行わないこと。
○当社が指定していない器具との併用はしないこと。
[相互作用の項参照。]
○使用中に手術器械が破損・変形したときは、使用を中止すること。


【形状、構造及び原理等】

1.製品外観と製品名

製品名、サイズ等については本体の記載もしくは製品に同梱される一覧表をご確認下さい。

2.材質:ステンレス鋼、樹脂、チタン合金

※写真は代表例



1.スペースーインサーター

2.スライドハンマー

3.U字ハンマー

4.ディストラクティングオステオーム

5.ディストラクター

6.シェーバー

7.ローテートカッター

8.リングキュレット

9.スペースーインパクター

10.抜き器

11.ラミナスプレッダー

12.ハンドル

13.ボーンファネル

14.ボーンファネル インパクター

15.ナーブレトラクター

16.トライアル

17.トライアルハンドル

18.ボーングラフトインパクター

19.LPI用トライアル

20.スペースーインサーター

／ローテーション

21.コブ

22.スペースーインサーター

／ガンタイプ

23.ロンジュール

* 24.ルートラクター

** 25.トライアルハンドル用ストッパー

【使用目的又は効果】

本品は、脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械であり、再使用可能です。

【使用方法等】

〔使用前の洗浄・滅菌〕

(1)各手術器械が正常に作動することを確認すること。

(2)本品は未滅菌品であるので、使用前に次の条件で滅菌すること。

滅菌方法: 高圧蒸気法

滅菌条件:

温度	時間
115～118℃	30分
121～124℃	15分
126～129℃	10分

〔使用方法〕

1.展開

患者の状態及び進入方法に応じた患部の展開を行い、適したスペースーを選択する。

2.除圧

除圧が必要な場合は、除圧を行う。

3.椎間板の摘出

専用手術器械を用いて、椎間板の摘出及びスペースーを入れる母床を整える。

4.サイジング

ディストラクター、シェーバー又は、トライアル を挿入してサイズの確認を行う。

5.スペースーの挿入

・スペースーをインサーターに装着し、椎間板の適切な位置に挿入する。

・ローテーションは椎間板腔で90° 回転できる。

・いずれのタイプもスペースーを1椎体間に1個又は2個挿入する。

・スペースーを挿入後、弊社が指定した脊椎内固定器具により、補助的な固定を行う。

6.閉創

閉創は通常の手順で行う。

術後管理は医師が通常指示する方法で行う。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

(1)使用前に必ず洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。

(2)使用目的(手術・処置等の医療行為)以外の目的で使用しないこと。
また、折損、変形等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

(3)使用後は、付着している血液、体液、軟部組織及び薬品等が乾燥し固着しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

(4)塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでできるだけ使用を避けること。付着した場合は直ちに水洗いを行うこと。

(5)使用後は、感染などの事故にならないよう十分注意し、適切に取り扱うこと。

(6)組立て後に各部に緩みがないことを確認すること。

(7)本品がハイリスク手技に使用された場合には、プリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄、滅菌を実施すること。

(8)本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

2.相互作用 併用禁忌・禁止(併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定していない器具	器具が正常に作動しなくなるおそれがある。	器具の変形、破損

3.不具合・有害事象

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下の通りである。

(1)重大な不具合

以下のような不具合が現れた場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。

①破損

【保管方法及び有効期間等】

- (1)保管にあたっては、洗浄した後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥を行うこと。
[保管中は、器械が損傷しないように十分注意して下さい。]
- (2)滅菌済のものを保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をすること。

【保守・点検に係る事項】

- (1)使用後は、早急に血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄・滅菌処理をすること。
- (2)汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (3)アルカリ／酸性洗剤・消毒剤は、器具及びケースを腐食させるおそれがあるので、使用を避けること。金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷し、錆や腐食の原因となるので使用しないこと。
- (4)洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスイnfekタ等）で洗浄するときには、刃物が接触して損傷することがないように取り扱うこと。
- (5)洗剤の残留がないよう十分にすすぎを行うこと。仕上げのすすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
- (6)洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥すること。
- (7)可動部分の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨する。
- (8)使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、可動部の動き等に異常がないか点検をすること。
- (9)点検後、セット・梱包を行い、高圧蒸気滅菌を行うこと。なお、滅菌のためのセット・梱包にあたっては、構成品や可動部分等の分解等を行い確実に滅菌できるよう配慮すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者
帝人ナカシマメディカル株式会社
TEL. 086-279-6278（代表）
- ・製造業者
帝人ナカシマメディカル株式会社