器74 医薬品注入器

一般医療機器　　採液針 70324000

プラスチックカニューラ

（アンプル用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
●再使用禁止
●本品は、アンプルからの採液専用であり、バイアル瓶及びボトル等のゴム栓に刺通しないこと。[本品が破損する。]

【形状・構造及び原理等】
プラスチックカニューラ、カバーからなり、シリンジと接続できるメスルアーテーパを有する。
＜構成(代表例)＞



【使用目的、効能又は効果】
シリンジに取り付けて薬液容器等から薬液を採取するために用いる採液針である。

【操作方法又は使用方法等】
1. 包装を開封します。
2. 本品のメスルアーテーパをシリンジにしっかりと接続します。
3. カバーをまっすぐ引いて取外します。
4. 薬液を吸引します。

使用方法に関連する使用上の注意

●シリンジと接続する際は次の事項を順守すること。
(1) 接続部に対し過度な締め付けや横方向への負荷を加えたり、カバーで本品に回転方向への過負荷をかけたりしないこと。[接続部の破損により液漏れ、エアの混入が生じる可能性がある。]
(2) 接続部に薬液等を付着させないこと。[接続部に緩みが生じる。]
(3) カバーを付けたまま接続すること。
(4) 確実にしっかりと接続し、漏れ等の異常がないことを確認すること。
●カバーを外す際は、ねじる及び傾けて外さないこと。[シリンジから外れる可能性がある。]
●アンプル等の切り口に先端部が触れないよう注意すること。[先端部が破損する可能性がある。]

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
●包装を開封したらすぐに使用すること。
●包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
●本品に衝撃を与えないこと。[破損する可能性がある。]
●併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後、使用すること。
●使用中は接続部の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。
2. その他の注意
●本品の先端部を直接手で触れないこと。
●使用後は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】
1. 貯蔵・保管方法
●水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 使用期限
●箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）により設定]

【包装】
100本入／箱

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】
製造販売元及び製造元
株式会社ジェイ・エム・エス
広島市中区加古町12番17号
郵便番号：730-8652
電話番号：082-243-5806(添付文書請求先)