

器35 医療用はさみ
一般医療機器 はさみ JMDN 35325001

ジオメド はさみ

【警告】

本品は未滅菌である。必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。（【保守・点検に係わる事項】の項参照）

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

材料：ステンレス鋼

** 【使用目的又は効果】

本品は、手術時の組織、布、縫合糸等の切断に用いる器具である。

** 【使用方法等】

本品は未滅菌の状態で供給されるため、必ず適切な方法で滅菌してから使用すること。本品は再滅菌を行って、繰り返し使用される医療機器である。使用前に必ず再滅菌すること。（【保守・点検に係わる事項】(6) 参照）

回転軸のある2枚の刃を閉じることによって組織、布、縫合糸等の切断をする。

【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ず高圧蒸気滅菌を行い、滅菌されていることを確認してから使用すること。
- (2) 使用前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- (3) 使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
- (4) 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- (5) 電気刃を用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないこと。
- (6) 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病患者、又はその疑いのある患者に使用した場合はクロイツフェルト・ヤコブ病に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。

** 【保管方法及び有効期間】

- (1) 貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥すること。
- (2) 滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管をするとともに、有効保管期間の管理をすること。

【保守・点検に係わる事項】

- (1) 洗浄装置（超音波洗浄装置、ウォッシュヤード・イン・フェクタ等）で洗浄するときは、先端部同士が接触して損傷することがないよう注意をすること。
- (2) 洗剤の残留がないよう充分にすすぎをすること。
仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨する。
- (3) 洗浄後は、腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- (4) 洗浄剤、消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので下記の成分が入っていないことを確認後使用すること。
 - ・酸（< pH 5）
 - ・アルカリ（> pH 10）
 - ・有機溶媒
 - ・ペソシン、フェノール、アンモニア
 - ・ハロゲン、ハロゲン化炭化水素、塩化ナトリウム（高濃度）
 - ・酸化剤（過酸化物、次亜塩素酸塩等）
- (5) 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器械の表面が損傷するので汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。
- (6) 本品は下記の方法で滅菌を行う。
高圧蒸気滅菌：重力置換方法またはプロバキューム方法。
 - ・プロバキューム：135°Cで7分以上
 - ・重力置換：121°Cで9分以上

本品の高圧蒸気滅菌方法としては、プロバキューム方法を推奨する。プロバキューム方法が利用できない場合のみ、重力置換方法を使用すること。

滅菌時及び洗浄時の温度は138°Cを超えないこと。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 【製造販売業者】

株式会社 ジェイ・シー・ティ
〒731-0138
広島県広島市安佐南区祇園1丁目28番7号
Tel:082-871-3308

【製造業者】

ジオメド社（国名：ドイツ）
Geomed Medizin-Technik GmbH&Co.