機械器具　医療用鏡
一般医療機器　内視鏡用部品アダプタ　JMDN コード：37090010

Ｌ４３Ｋプローブ専用アタッチメント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

・形状



【使用目的、効能又は効果】

本製品は、L43K プローブに装着し、L43K プローブの逆方向把持性を向上させることを使用目的とする。

【操作方法又は使用方法等】

本製品は株式会社日立製作所製、販売名：L43K プローブ、医療機器認証番号：226ABBZX00095000 に装着して使用する。

・装着方法



プローブの既存突起に引っ掛けて足①と足②を広げる

平行にして差し込む

足①が既存突起の傾斜と一致したところでぱちんとはまる

・使用方法

フェネストレイト鉗子で突起部を挟んで使用する

・取外方法



足①を指などで広げる

そのまま引き抜く

より詳しい装着・取外方法は、
以下ホームページを参照してください。
https://www.sanmatsu.com/mm-001/

【使用上の注意】

1. 併用禁止

・本品は日立製作所製 L43K プローブ（認証番号 226ABBZX00095000）に装着して使用するように設計されているので、他の製品に装着しないこと。

2. 一般的注意事項

・本品は未滅菌で供給されるため、使用前に必ず洗浄及び高圧蒸気滅菌を行うこと。

・本品の変性や劣化が生じるおそれがあるため、135℃を超える温度を加えないこと。

・使用後は汚染及び感染に注意し、本品を適切に廃棄すること。

【貯蔵・保管方法】

・高温または湿度の高い場所や、直射日光、紫外線の当たる場所は避け、
清浄な状態で保管すること。

・水ぬれに注意して保管すること。

・本品の有効期限は出荷後 5 年間とする。

【包装】

3 個／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社三松

住所：福岡県筑紫野市岡田３丁目１０番９号

電話番号：092-926-4711

製造業者：株式会社三松