＊＊ 2023年7月（第7版）
＊ 2020年8月（第6版）

医療機器認証番号 223AFBZX00112000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器　呼吸回路セット　JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】
＊ ◆ 本品を使用する前に、呼吸回路の接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください［閉塞やリークにより換気障害が生じるおそれがあります］。

【禁忌・禁止】
◆ 再使用禁止
＊ ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください［本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります］。
＜併用医療機器＞
＊ ◆ 加温加湿器を使用する場合は、人工鼻との併用はしないでください［人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となるおそれがあります］。（主要文献1.参照）

【形状・構造及び原理等】
＊ 1. 構成
＊ 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

＊ 2. 形状、寸法
＊ 1) ダブルスリーブ N リークマスク回路（51003361）



＊

	セット内容
①	チューブ（ブルー）　内径22mm　長さ75cm
②	チューブ（ブルー）　内径22mm　長さ60cm
③	チューブ（ブルー）　内径22mm　長さ60cm
④	圧モニタラインチューブ
⑤	フィルタBSF103
⑥	ウォータトラップ
⑦	チューブクリップ
⑧	ストレートアダプタ

2) ダブルスリーブ N 小児用リークマスク用回路（51005488）



＊

	セット内容
①	チューブ（ブルー）　内径15mm　長さ75cm
②	チューブ（ブルー）　内径15mm　長さ60cm
③	チューブ（ブルー）　内径15mm　長さ60cm
④	圧モニタラインチューブ
⑤	フィルタBSF103
⑥	ウォータトラップ
⑦	チューブクリップ
⑧	ストレートアダプタ

＊ 3. 作動原理
使用目的に合わせ、構成品を選択して使用することにより、人工呼吸器等の呼吸回路部品として使用できる。呼吸回路は中空である呼吸管内にガスを通過させることによって目的の場所に送気するものである。

【使用目的又は効果】
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】
＜使用方法＞
＊ 1. チューブ③の一端に付いたフィルタ⑤を人工呼吸器に接続してください。チューブ③の他端は加湿器用チャンバガスポートに接続してください（加湿器用チャンバ仕様によりストレートアダプタ⑧を使用してください）。
＊ 2. ウォータトラップ⑥の付いたチューブ②を加湿器用チャンバの出口側ガスポートに接続してください。
＊ 3. 圧モニタラインチューブ④を人工呼吸器の圧ポートに接続してください。
＊ 4. テストラングを使用して人工呼吸器が正しく作動することを確認してください。
5. 加温加湿器の取扱説明書に従って加温加湿器を作動させてください。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
◆ 回路の接続部を万一外した場合は、コネクタのテーパー表面に水その他の付着がなく、清潔かつ乾燥した状態で接続してください。
＊ ◆ 呼吸回路部に設けたスリーブは、保温用保護カバーであるため、取らずに使用してください。
◆ 呼吸回路に空気漏れ等の問題がある場合は、すぐに呼吸回路を交換してください。
＊ ◆ 圧モニタラインチューブに水滴が流入しないよう、圧モニタラインチューブ差込口が常に上になるように設置してください。（主要文献2.参照）
＊ ◆ 圧モニタラインチューブに水滴が見られた場合には速やかに取り除いてください［水滴でチューブ内が閉塞し、アラームが誤作動したり、適正な換気が維持されない等のおそれがあります］。（主要文献2参照）

C0276-B8
Rev. 7

＊◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。
＊◆ 本品に過剰な負荷がかからないように注意してください［回路の潰れや折れ曲がりにより、閉塞等の原因となるため］。
＊◆ 使用中は患者さんの状態に十分に注意を払ってください。
＊◆ 使用中に回路の外れや折れ曲がりが無いよう適宜確認してください。
＊◆ 回路内に過度の結露がないことを定期的に点検してください。異常を認められた場合は、直ちに新しい呼吸回路と交換してください。
＊◆ ウォータトラップの排水は適宜行い、排水後は、貯水カップを垂直に差し込み、時計方向に丁寧に回して、貯水カップを正確に取付けてください［貯水カップが適切に接続されていないとリークの原因となります］。

＜その他の注意＞

＊◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管環境条件＞

温度：－10～50℃

湿度：15～95％（非結露）

＜使用期間＞

2週間を目安に使用してください（自己認証による）。

＊**【主要文献及び文献請求先】**

＊**（主要文献）**

＊1. 薬食安発第0911004/薬食安発第0911002号「人工呼吸器回路における人工鼻と加温加湿器の併用に係る添付文書の自主点検等について」（平成21年9月11日、厚生労働省）
＊2. 薬食安発0825第2号/薬食機発0825第6号「人工呼吸器呼吸回路における気道内圧モニター用チューブに係る添付文書の自主点検等について」（平成21年8月25日、厚生労働省）

＊**（文献請求先）**

＊＊アイ・エム・アイ株式会社　マーケティング部

＊＊TEL：03-5829-5803

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊**製造販売業者の名称**：アイ・エム・アイ株式会社

＊**製造業者名（国名）**：Vincent Medical（Dong Guan）Manufacturing Co., Ltd.
（ビンセントメディカル（ドングァン）マニファクチャリング社）（中国）