＊ 2020年7月（第2版）
2019年6月（第1版）

医療機器認証番号 223AFBZX00112000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器　呼吸回路セット　JMDNコード 70566000

ブリージングシステム

再使用禁止

【警告】
◆ 本品を使用する際は、本品及び接続した呼吸回路等に閉塞やリークがないことを確かめてください［換気障害が生じる恐れがあります］。

【禁忌・禁止】
◆ 再使用禁止
＊ ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください［本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります］。
＜併用医療機器＞
◆ 本品を加温加湿器及びネブライザーより患者側で使用しないでください［フィルタが目詰まりし、換気が困難になる恐れがあります］。

【形状・構造及び原理等】
＊ 1．構成
＊ 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

2．形状、寸法
＊ 1）フィルタBSF103（51003977）

コネクタ径：22M−22F

3．作動原理
＊ フィルタにより人工呼吸器等のガス中の粒子及び微生物等の除去を行なう。

【使用目的又は効果】
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】
一方を人工呼吸器の空気流出口に接続します。もう一方を回路チューブに接続します。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
＊ ◆ 使用中は患者さんの状態に十分に注意を払ってください。
◆ 使用中、フィルタの方向を変更しないでください［除去された粉塵が呼吸回路内部に混入する可能性があります］。
◆ 使用中に空気漏れなどが発生した場合は、速やかに交換してください。
＊ ◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

＜その他の注意＞
＊ ◆ 直射日光、高温、多湿な場所や、水濡れを避けて室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】
＊ ＜保管環境＞
温度：－10～50℃
湿度：15～95%（非結露）
＜使用期間＞
24時間を目安に使用してください（吸気側での使用を除く）。
吸気側での使用の場合、2週間を目安に使用してください（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
＊ 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社
＊ 製造業者名（国名）：Vincent Medical（Dong Guan）Manufacturing Co., Ltd.
（ビンセントメディカル（ドングァン）マニファクチャリング社）（中国）

C0276-B18
Rev. 2