＊＊ 2023年7月（第4版）
＊ 2020年7月（第3版）

医療機器認証番号 226AFBZX00005000

機械器具 06 呼吸補助器

管理医療機器　呼吸回路セット　JMDNコード 70566000

EHW 呼吸回路

再使用禁止

【警告】
＊ ◆ 本品を使用する前に、呼吸回路の接続部が確実に接続されていることを確認し、人工呼吸器等に接続し、リークや閉塞がないことを確かめてください［閉塞やリークにより換気障害が生じるおそれがあります］。

【禁忌・禁止】
◆ 再使用禁止
＊ ◆ 消毒・滅菌処理をしないでください［本品に変質等の品質上の不具合が生じる可能性があります］。
＜併用医療機器＞
＊ ◆ 加温加湿器を使用する場合は、人工鼻との併用はしないでください［人工鼻のフィルタが閉塞し、換気が困難となるおそれがあります］。（主要文献参照）

【形状・構造及び原理等】
＊ 1. 構成
＊ 本品は形状、寸法に示す部品で構成されている。

2. 形状、寸法
＊ 1） EHW NIV 成人用呼吸回路 ｽﾘｰﾌﾞ ﾂｷ 160CM（51004799）



＊	セット内容	数量
①	ヒータワイヤ呼吸回路（吸気側：青色）φ 19mm×長さ 160cm	1
②	スリーブ（長さ 175cm、厚さ 0.1mm）	1
③	温度プローブセットアダプタ（キャップ、温度ポートキャップ付）	1
④	フィルタ BSF103	1
⑤	接続用呼吸回路（青色）φ 19mm×長さ 80cm	1
⑥	ストレートアダプタ	1
⑦	固定テープ（幅 2.5cm、長さ 15cm）	3

2） EHW NIV 小児用呼吸回路ｽﾘｰﾌﾞ ﾂｷ（51004800）



＊	セット内容	数量
①	ヒータワイヤ呼吸回路（吸気側：青色）φ 15mm×長さ 160cm	1
②	スリーブ（長さ 175cm、厚さ 0.1mm）	1
③	温度プローブセットアダプタ（キャップ、温度ポートキャップ付）	1
④	フィルタ BSF103	1
⑤	接続用呼吸回路（青色）φ 15mm×長さ 80cm	1
⑥	ストレートアダプタ	1
⑦	固定テープ（幅 2.5cm、長さ 15cm）	3

＊ 3） EHW NIV 成人用呼吸回路 ｽﾘｰﾌﾞ ﾂｷ 180CM（51004712）



＊	セット内容	数量
①	ヒータワイヤ呼吸回路（吸気側：青色）φ 19mm×長さ 180cm	1
②	スリーブ（長さ 192cm、厚さ 0.1mm）	1
③	温度プローブセットアダプタ（キャップ、温度ポートキャップ付）	1
④	接続用呼吸回路（青色）φ 19mm×長さ 80cm	1
⑤	固定テープ（幅 2.5cm、長さ 15cm）	3

＊ 3. 作動原理
本品は、人工呼吸器、加温加湿器に接続し、使用目的に合わせ、構成品を選択して使用することにより、呼吸管理に使用する呼吸回路部品及び呼吸回路である。

【使用目的又は効果】
人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いる。

【使用方法等】
1. 本品を患者さんに接続し使用する前に、人工呼吸器及び加温加湿器の使用前点検を行い、人工呼吸器及び加温加湿器に異常がないことを確認してください。
2. 患者さんに使用する直前に、保護パッケージから本品を取り出してください。
3. 構成品に異常がないことを目視で点検し、正常に機能すること、閉塞がないことを確認してください。
＊ 4. 人工呼吸器からガスが送られ、供給圧が加わった状態で、リークなど呼吸回路に異常がないことを確認してください。
5. 呼吸回路を人工呼吸器、加温加湿器及び患者さんに接続してください。
＊ 6. ヒータワイヤや温度計の接続については加温加湿器の取扱説明書を参照ください。

C0277-E3
Rev. 4

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

◆ 本品に過剰な負荷がかからないように注意してください［回路の潰れや折れ 曲がりにより、閉塞等の原因となるため］。

◆ 使用中は患者さんの状態に十分に注意を払ってください。

◆ 本品を人工呼吸器等に接続して使用する際は、呼吸回路にリーク及び分泌物による閉塞・流量抵抗の増大が生じていないことを確認してください。

◆ 回路内に過度の結露がないことを定期的に点検してください。異常が認められた場合は、ただちに新しい呼吸回路と交換してください。

＊ ◆ 呼吸回路の接続部を万一外した場合は、コネクタのテーパー表面に水やその他の付着がなく、清潔かつ乾燥した状態で接続してください。

＊ ◆ 使用中に回路の外れや折れ曲がりが無いよう適宜確認してください。

＊ ◆ 本品は、ヒータワイヤタイプの加温加湿器に使用してください。

＊ ◆ 呼吸回路に空気漏れ等の問題がある場合は、すぐに呼吸回路を交換してください。

＜その他の注意＞

◆ 直射日光、高温、多湿な場所や水濡れを避け、室温で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

＊ ＜保管環境＞

温度：－10～50℃

＊ 湿度：15～95%（非結露）

＜使用期間＞

＊ 2週間を目安に使用してください（自己認証による）。

＊【主要文献及び文献請求先】

＊（主要文献）

＊ 薬食安発第0911004/ 薬食安発第0911002号「人工呼吸器回路における人工鼻と加温加湿器の併用に係る添付文書の自主点検等について」（平成21年9月11日、厚生労働省）

＊（文献請求先）

＊＊ アイ・エム・アイ株式会社 マーケティング部

＊＊ TEL：03-5829-5803

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊ 製造販売業者の名称：アイ・エム・アイ株式会社

＊ 製造業者名（国名）：Vincent Medical（Dong Guan）Manufacturing Co., Ltd.
（ビンセントメディカル（ドングァン）マニファクチャリング社）（中国）