

機械器具 06
高度管理医療機器 成人用人工呼吸器 42411000
(呼吸モニタ、パルスオキシメータ)

「アコマ人工呼吸器ART-300」の付属品

再使用禁止(単回使用の付属品及びオプション)

【禁忌・禁止】


使用方法

(1)単回使用の付属品及びオプションは、再使用しないこと。[人工呼吸器の動作に悪影響を与えたり、感染の危険があるため。]

併用医療機器「相互作用の項参照」

(1)MRI との併用をしないこと。[MRI 装置による吸着、故障、破損、火傷の恐れがあるため。]

(5) ART-300/800/70 成人・小児用サンプリングチューブ
(単回使用)



**【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構成

(1) ART-300/800/70 SpO₂エクステンションケーブル 2.5m



(2) ART-300/800 成人・小児用カプノスタットエアウェイアダプタ (単回使用)



(3) ART-300/800 カプノスタット CO₂センサ



(4) ART-300/800/70 成人・小児用サイドストリームエアウェイアダプタ (単回使用)



【使用目的又は効果】

※接続する人工呼吸器の添付文書を参照する。

**【使用方法等】

1. 使用方法

※接続する人工呼吸器の添付文書を参照する。

適用機種

本品が接続可能な人工呼吸器は以下のとおり。

販売名	承認番号
アコマ人工呼吸器ART-300	22900BZX00342000
アコマ人工呼吸器ART-800	30200BZX00162000
アコマ人工呼吸器ART-70	30600BZX00014000

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- (1)再使用可能な付属品及びオプションは、消毒してから使用すること。
- (2)呼吸回路等との接続に関しては、必ず閉塞もしくはリークしていないことを確認して使用すること。
- (3)CO₂エアウェイアダプタ設置後は、呼吸回路に異常がないことを、人工呼吸器の CO₂波形により確認すること。
- (4)CO₂波形に異常がある際は、CO₂エアウェイアダプタを確認し、必要に応じて交換すること。
- (5)爆発の危険を低減するため、CO₂センサを可燃性又は爆発性のある環境に置かないこと。
- (6)CO₂波形に異常がある際は、CO₂エアウェイアダプタを確認し、必要に応じて交換すること。
- (7)再使用可能な付属品を清掃、洗浄及び消毒する場合は液体に浸漬しないこと。また、滅菌しないこと。

相互作用(他の医療機器との併用に関すること)

併用禁忌

医療機器の名称等	措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	使用禁止	MRI 装置への吸着、故障、破損、火傷の可能性 がある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

保管

- (1)水のかからない場所に保管する。
- (2)気圧、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管する。
- (3)傾斜、振動、衝撃などのない、安定した場所に保管する。
- (4)化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検事項

日常の点検

※接続する人工呼吸器の取扱説明書に従い、実施する。

清掃／洗浄及び消毒

【洗浄方法】

- (1)水で湿らせたやわらかい布で洗浄する。
- (2)洗浄後、やわらかい乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させる。

【消毒方法】

推奨消毒剤：消毒用エタノール(70%)、イソプロパノール(70%)

- (1)上記の方法で洗浄後、推奨消毒剤で湿らせたやわらかい布で消毒する。
- (2)消毒後は、水で湿らせたやわらかい布で残留した消毒剤を拭きとり、乾燥させる。

*カプノスタット CO₂ センサのクリーニング

【洗浄方法】

- (1)水で湿らせたやわらかい布で洗浄する。
- (2)洗浄後、やわらかい乾いた布で水分を拭き取り、乾燥させる。

【消毒方法】

推奨消毒剤：イソプロパノール(70%)、塩素系消毒剤の 10%希釈液

- (1)上記の洗浄方法で洗浄後、推奨消毒剤で湿らせたやわらかい布で消毒する。
- (2)消毒後は、水で湿らせたやわらかい布で残留した消毒剤を拭きとり、乾燥させる。

【ケーブルの管理】

- (1)カプノスタット CO₂ センサケーブルを折り曲げたり、引っ張ったり、ベッドの横板、使用者の手、センサなどの周りにきつく巻きつけない。
- (2)ケーブルを折り曲げてゴムバンドで留めない。
- (3)直径が 7.6 cm 以上のコイル状で保管し、ケーブルタイで固定する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者の氏名

アコマ医科工業株式会社

電話番号

03-3811-4151(緊急時も同様)

WEB サイト

<https://www.acoma.com>

外国製造業者の氏名

Shenzhen Mindray 社 (中国)