

## 添付資料 1

2021年（新記載要領に基づく第1版）  
2005年 4月 1日（新様式第1版）

届出番号 27B2X00219000012

医04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

## 滅菌脱脂綿

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 朝日衛生材料株式会社  
大阪府柏原市大正2丁目9番6号  
TEL 072-971-3555

### 【形状、構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿を滅菌したもの。  
本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない  
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

開封後は直ちに使用すること。  
本品に異常がある場合は使用しないこと。  
開封後の残品は創傷面に使用しないこと。  
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

### 【保管方法及び使用期間等】

- 貯蔵・保管方法  
水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 使用期限  
使用期限（自己認証）をパッケージに記載。