2016年10月28日作成　第1版　　管理医療機器　　医療機器認証番号223AFBZX00193A01
2017年10月16日作成　第2版　　機械器具８１　磁気治療器
2019年11月28日改定　第3版　　家庭用永久磁石磁気治療器（JMDNコード：71016000）

マグシャイン

【警告】
以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は、使用しないでください
- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

【形状・構造及び原理等】
＜各部の名称及び働き＞



＜構成＞

磁気ネックレス本体	１本
取扱説明書	１個

【使用目的又は効果】
装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【使用方法】
ネックレスとしてお使いください。

【使用上の注意】
＜ご使用前の注意＞
- 次の人は使用前に医師に相談してください。
  - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
  - 心臓に障害のある人。
  - 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
  - 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
  - 皮膚に感染症のある人及び創傷のある人。
  - 安静を必要とする人。
  - 体温38℃以上(有熱期)の人。
  - 急性炎症症状［けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など］の強い時期。
  - 衰弱しているとき。
  - ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性［とう(疼)痛性］疾患の人。
- 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 使用前に治療器に異常（ネックレスの切れ等）がないか、金属の異物が吸引付着していないか確認してからご使用ください。
- しばらく使用しなかったときには、表面に金属の異物が吸引付着していないか確認してからご使用ください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 改造又は分解しないでください。
- 故障した場合は勝手に修理などせずに販売店に連絡してください。
- 頭部に使用しないでください。

＜ご使用中の注意＞
- 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家にご相談ください。
- 治療器に異常が発見された時は、使用を直ちに中止してください。
- 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。
- 装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を直ちに中止してください。
- 治療器（ネックレス）に過度の力が加わると、安全のために本体が切れるようになっています（磁石の留め具では外れるようになっています）。治療器の紛失にご注意ください。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける時は、受ける前に使用を中止してください。

＜ご使用後の注意＞
- 使用後の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください 。

【保管方法及び有効期間等】
＜保管方法＞
- 本体を清潔に保ち、金属等が付着しないように気をつけて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社朝日
住　　所：東京都小平市上水本町二丁目１８番２０号
製造業者：株式会社朝日
住　　所：東京都小平市上水本町二丁目１８番２０号

取扱説明書を必ずご参照ください

株式会社朝日