2018年12月25日作成　　医療機器認証番号 230AFBZX00100000

類別：機械器具 81 磁気治療器

管理医療機器　一般的名称：家庭用永久磁石磁気治療器（JMDN コード：71016000）

マグネクリーン ウェストサポーター

【警告】(併用医療機器)

以下のような磁気の影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は使用しないでください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。
- 脳せき(背)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を使用している人。

【形状・構造及び原理等】

〈形状〉

TYPEⅠ



外側



TYPEⅡ

内側



外側



内側

〈原理〉

本品は、Φ5×1.5 のネオジム磁石を２個又は３個内蔵した磁気シートが１個又は２個装着されたナイロンバーを腹巻の背の部分のポーンに挿入した腹巻き型の家庭用永久磁石磁気治療器である。

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【使用方法等】

1）ナイロンバーには表と裏がありますので、入れ方を間違えないようにご注意ください。
2）ナイロンバーが腰部にくるように装着します。腹部が苦しくない位置で面ファスナーを止めてください。
3）お好みにより、ゴムベルトで巻きつける強さを調節してください。
4）肌に直接ではなく、薄い下着を付けてから着用ください。

【使用上の注意】

〈ご使用前の注意〉

- 次の人は使用前に医師に相談して下さい。(適用対象(患者))
  - 悪性しゅよう(腫瘍)のある人。
  - 心臓に障害のある人。
  - 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
  - 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人。
  - 皮膚に感染症及び／又は創傷のある人
  - 安静を必要とする人。
  - 体温 38℃以上(有熱期)の人。
    - 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。
    - 衰弱しているとき。
  - ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人。
- 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 使用前に縫製の破れが無いかや磁石装着部に破れが無いか、また金属の異物が吸引付着していないかを確認してからご使用ください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。
- 改造又は分解しないでください。
- 故障した場合は勝手に修理などせずに販売店に連絡してください。
- 頭部には使用しないでください。

〈ご使用中の注意〉

- 使用しても効果が現れない場合、医師又は専門家にご相談ください。
- 治療器に異常が発見された時は、使用を直ちに中止してください。
- 身体に異常を感じた時は、使用を直ちに中止してください。
- 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける時は、受ける前に使用を中止してください。
- 装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。

〈ご使用後の注意〉

- 使用後の廃棄については各自治体の定めに従って廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 本体を清潔に保ち、金属等が付着しないように気をつけて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者　：株式会社朝日
住所　：東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号
製造業者　：株式会社朝日
住所　：東京都小平市上水本町二丁目 18 番 20 号

ご使用前に取扱説明書を必ずご参照ください。

株式会社朝日