2017 年 4 月（新様式第 1 版）　　届出番号：26B1X10010019571

歯科材料 9　歯科用研削材料

一般医療機器　歯科用ゴム製研磨材　70903000

AG セラミル シリーズ Ceramill Polish

【形状、構造及び原理等】

1．外観写真



2．構成

名　称		品目番号
Ceramill Polish Lab Kit		875500
	ホィール型中目心材なし	875501
	コーン型中目	875502
	ホィール型細目心材なし	875503
	コーン型細目	875504
	ディスク型中目心材付き	875505
	ホィール型中目心材付き	875506
	ディスク型細目心材付き	875507
	ホィール型細目心材付き	875508
Ceramill Polish Dent Kit		875509
	カップ型中目	875510
	ディスク型中目	875511
	カップ型細目	875512
	ディスク型細目	875513

3．原材料

作業部：シリコンゴム（研磨材：ダイヤモンド砥粒）
軸　部：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨材。

【使用方法等】

研磨剤を含むポイント、ホイール、ディスク形の回転式歯科用器具でハンドピースに取り付けて使用する。
患者に Ceramill Polish Dent Kit を使用した後、取扱説明書に従い、滅菌を行う。なお、滅菌器の使用方法については、当該滅菌器の取扱説明書に従うこと。
オートクレーブ滅菌の条件：134℃で 20 分以上。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【使用上の注意】

(1) 本品は未滅菌品のため、口腔内で使用するときは滅菌を行ってから使用すること。
(2) 本品は、歯科医療、歯科技工有資格者のみ使用すること。
(3) 目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること
(4) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
直射日光、水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

［有効期間］
60 ヶ月［自己認証（製造元データ）による］

【保守・点検に係る事項】

・破損、ヒビ、キズ、腐食等がないか確認すること。これらがあれば、使用を中止すること。
・使用後、ハンドピースを取り外し、感染防止のため洗浄・消毒又は滅菌すること。

詳細は使用説明書を参照して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：朝日レントゲン工業株式会社
住　　所：〒601-8203
京都市南区久世築山町 376 番地の 3
電 話 番 号：075-921-4330
F　A　X：075-921-6675
U　R　L：www.asahi-xray.co.jp
e-mail：sales@asahi-xray.co.jp
受 付 時 間：9:00～17:00（休日･弊社休業日を除く）
製　造　元：アマンギルバッハ(Amann Girrbach GmbH)
国　　名：ドイツ

「使用説明書」を必ずご参照下さい