

機械器具(39) 医療用鉗子  
一般医療機器 鉗子 10861001

## 竹岡式産科鉗子

### 【警告】

- 1) 本品を改造しないこと。  
[破損や損傷により母体・胎児の怪我の原因になるため。]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状



#### 2. 材質

ステンレス

#### 3. 原理

本品の近位端を開閉することで遠位端の把持部が連動して開閉し、児頭の把持・牽引を行うことができる。

### 【使用目的又は効果】

本品は、自然分娩において遂娩が不可能な場合に、会陰部に挿入し胎児の頭を挟んで娩出する器具です。本品は再使用可能です。

### 【使用方法等】

- 使用前に本品が洗浄・滅菌されていること、また傷や亀裂、曲がり、先端部の損傷、可動部の異常等がないことを確認すること。異常が発見された場合は使用を中止すること。
- 使用后、本品に異常がないことを確認すること。本品に破損・欠損等がある場合は、患者の体内に遺残しているおそれがある。また、長時間にわたり生理食塩水、血液、体液などと接触させておくと錆の発生の原因となる。付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄すること。
- 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管すること。

### 【使用上の注意】

#### <重要な基本的注意>

- 本品をクワイツフェルト・ヤコブ病(CJD)患者、またはその疑いのある患者に使用した場合は、CJD に関する国内規制およびガイドライン等を遵守すること。
- ステンレス鋼は錆びを生じにくい金属だが、洗浄・保管等が不適切な場合は錆を生じることがある。
- 過剰な応力がかかると本品の折れの原因となる。また、錆が生じていた場合、その部分から折れやすくなる。
- 過度の牽引力を加えたり、無理な使用はしないこと。  
[本品の破損や損傷により母体・胎児の怪我の原因になるため。]

#### <その他の注意>

- 本品を購入後、はじめて滅菌する場合は、油引き等の防錆処理がなされているため、予め洗浄処理を行なうこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 滅菌後、次の使用時まで、汚染のおそれのない方法で保管すること。
- 【使用方法等】および【使用上の注意】に記載された使用前および使用後の確認において本品に異常や不具合が認められたとき、および異常や不具合が疑われるときは、新しい製品と交換すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 【使用者による保守点検事項】

##### 1. 洗浄

- 感染防止の為、使用後はできるだけ早く、血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄すること。
- 洗剤の使用に際しては、洗剤の添付文書を参照すること。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャー・ディスインフェクタ等)で洗浄するときには、器具同士が接触して先端部を損傷することがないように注意すること。また、関節部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
- 洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。仕上げすすぎには、精製水を用いることが望ましい。
- 強アルカリ/強酸性洗剤は、器具を腐食させるおそれがあるため、使用しないこと。誤ってこれらが付着したときには、直ちに水洗いをする。また、金属たわしやクレンザー(磨き粉)等は器具の表面を傷つけるため、使用しないこと。

##### 2. 消毒・滅菌

- 本品を滅菌する場合は、下記の条件または医療機関により検証され確認された滅菌条件により滅菌を行うこと。また、滅菌器に関する詳細は滅菌器の取扱説明書に従うこと。

#### 滅菌条件(高圧蒸気滅菌法)

| 温度   | 時間   |
|------|------|
| 121℃ | 15 分 |
| 126℃ | 10 分 |
| 134℃ | 3 分  |

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### ■製造販売業者

### アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)