＊平成１８年０４月０１日（新様式第１版）　　医療機器製造販売届出番号：11B3X00003000060

＊平成２９年１１月２４日（新様式第２版）

類別：機械器具　５５　医療用洗浄器（JMDN ｺｰﾄﾞ 35424000）

一般医療機器　一般的名称：器具除染用洗浄器

販　売　名：超音波洗浄器ＡＵ－５０ＣＢ

【警告】

①この器械は水を使用致しますので、設置には必ずアース線を接続して下さい。

②器械内部には高圧部分があり、感電等の危険がありますので、分解等行わないで下さい。

【禁忌・禁止】

①空発振の禁止

水槽内に洗浄液がない場合や少ない状態で、発振させないで下さい。故障の原因になります。

②少ない洗浄液量での使用禁止

洗浄液は、常に規定量（水槽内部の刻印位置）まで、入れて下さい。少ない洗浄液量でご使用すると器械の寿命を短くすることがあります。

③酸系統洗浄液の使用禁止

洗浄液の極性は中性又は弱アルカリ性であることを確認して下さい。酸性（弱酸性含む）の洗浄液をご使用すると洗浄槽の穴空きを短期間で引き起こします。

塩素系（次亜塩素酸）の洗浄液もステンレスを傷めますので、ご使用を控えて下さい。なお、強アルカリの洗浄液はパッキンを傷めますので、ご使用を控えて下さい。

④高温の洗浄液使用禁止

洗浄槽に５０℃以上のお湯を入れないで下さい。

お湯を入れる場合は、まず水を張ってから、次にお湯を入れて適温に調整して下さい。

いきなり高温のお湯を入れるのは厳禁です。

⑤衝撃禁止

器械へ強い衝撃を与えないで下さい。叩いたり、ぶつけたり、落下したりすると故障の原因になります。

⑥液だれ禁止

洗浄物を引上げる際は、よく水を切ってから移動して下さい。液が操作パネルに掛かりショート等の事故を起こすことがあります。また、濡れた手指でスイッチ操作を行わないようにして下さい。

⑦器械の丸洗い禁止

器械本体（操作パネル含む）を水洗いしないで下さい。故障や感電の恐れがあり大変危険です。

【形状・構造及び原理等】

本体寸法：横幅３２５×奥行１７５×高さ２７０

定格電源：ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

質　　量：６．００Ｋｇ（本体）

発振出力　　１０５～１３０Ｗ

発振周波数　２６．０～２８．５ＫＨｚ

発振時間　　１５分±１５％　又は　連続使用

タイマー　　０～１５分　又は　連続使用

動作原理：商用電源をブリッジ整流器で整流して発振器の電源とする。発振器から振動子に取りつけたコイルに電流を流し、磁界を変化させると磁歪現象となり振動子が振動して超音波が発生します。超音波を水槽内の洗浄液に照射するとキャピテーション（空泡）が発生し、キャピテーション効果で、洗浄物の表面から汚れを落とします。

【使用目的又は効果】

本製品は、再使用可能な医療用手術器具及び歯科用手術器具等を超音波の応用で、短時間で精密洗浄することを目的とした洗浄器です。併せて、医薬品又は洗剤を用いて化学的に除染・消毒を行う目的に用いることも出来ます。

【使用方法等】

以下の手順の詳細は取扱説明書の「操作方法」をご参照下さい。

＜準備＞

１）ＡＣ１００Ｖのコンセントに電源コードのプラグを差込んで下さい。

取扱説明書を必ずご参照ください。

＜洗浄＞
１）水槽内にお湯又は水を入れて下さい。（お湯の場合は４０℃程度がよい。）
２）洗浄物に合った医薬品又は洗剤を、汚れに応じて入れて下さい。
３）洗浄カゴに被洗浄物を入れて水槽内に沈めて下さい。
洗浄物の中の空気は抜いて下さい。
４）洗浄液量を調整して、水槽内の刻印位置（規定水位）に合せて下さい。
５）電源スイッチをＯＮにして下さい。電源ランプが点灯します。
６）タイマーを希望時間（最大で１５分）に合わせて下さい。
超音波発振して洗浄が始まります。
タイマー設定時間が経過すると発振が停止します。
７）洗浄終了後、洗浄物を引上げ、水で良くすすいで下さい。
８）使用後の洗浄液は排水して下さい。
＜終了＞
１） 排水後、水槽内を新しい水で、軽くすすぎ流して下さい。
２） 水滴は布で拭き取って下さい。

【使用上の注意】
１）洗浄液を交換する場合は、タイマーが０の位置である事を確認のうえ行って下さい。
２）超音波発振時は、フタを外して下さい。
３）５０℃以上のお湯は入れないで下さい。
４）アース線は必ず接続して下さい。
５）作業終了後は、電源コードのプラグをコンセントから抜いて下さい。
６）電源コードのプラグをコンセントから抜く時は、コードを持って引き抜くなど、無理な力をかけないで下さい。
７）器械は改造しないで下さい。
８）故障と思われる時は、分解等行わずに、取扱事業所までご連絡下さい。

【保管方法及び有効期間等】
１）水のかからない場所に保管すること。
２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
３）傾斜、振動、衝撃（移動運搬時を含む）等、安定状態に注意すること。
４）化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しないこと。
５）１台／１箱
６）７年（標準的な耐用期間）

【保守・点検に係る事項】
１）使用後の洗浄液を抜き終わりましたら、汚れが残らないように水道水等で槽内を軽くすすぎ洗いして下さい。
２）本体に洗浄液が付着した場合は、その都度乾いた布等で拭き取りして下さい。
３） 本体が汚れている場合は、布などで汚れを落として清潔に保って下さい。
４）水槽内の水分は布などで拭き取りし、湿気が残らないようにして下さい。
５）機器は必ず定期点検を行って下さい。
６）しばらく使用しなかった機器を再使用する時は使用前に必ず機器が正常に、且つ安全に作動することを確認して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者名称：アイワ医科工業株式会社

製造業者名称　　：アイワ医科工業株式会社

販売業者の連絡先