医療機器届出番号：13B3X10345000001

医療用品（3）手術用手袋及び指サック
一般医療機器　非天然ゴム製検査・検診用手袋（70976000）

# AIニトリル手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
・本製品は未滅菌品です。
・パウダーフリー
・左右同一型（平手タイプ）
・主原料：ニトリルゴム（NBR）
・色は2色（ブルー・ホワイト）
・色は写真にものと異なる場合がある。

| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長（ｃｍ） | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 掌幅の幅（ｃｍ） | 8.0 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 |
| 中指の長さ（ｃｍ） | 7.3 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 9.0 |

【使用目的又は効果】
本製品は、手術を除いた検査、検診、診察、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差汚染から守るために使用する。

【使用方法等】
箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】
・爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
・包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
・薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと
・開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
・着色ムラがある場合でも、品質上の問題はない。
・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。又、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
・感染防止のため患者ごとに新しいものに取り換えること。

【保管方法及び使用期間等】
・水濡れに注意して保管すること。高温又は湿度の高い場所や、直射日光の当たる場所には保管しないこと。
・オゾンを発生させる機器の近くを避け、できるだけ箱包装のまま保管すること。
・有効期限：包装材に記載のとおり

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
［製造販売業者］
業者名：株式会社アンプリー
TEL：　03-3567-8666

［外国製造業者］
業者名：Anhui　Intco　Medical　Products　Co.,Ltd.
国　名：中華人民共和国