医療用品(3)手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋(70976000)

AIプラスチック(PVC)手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、塩化ビニル樹脂及び可塑剤を主材料とする、滑剤(パウダー)なしの検査・検診用使い捨て手袋である。左右兼用、表面仕上げは平滑、未滅菌である。

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長 (cm)	23	23	23	23	23
掌幅の幅 (cm)	8.0	8.7	9.7	10.7	11.7
中指の長さ (cm)	7.3	7.9	8.2	8.5	9.0

【保管方法及び使用期間等】

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管する。包装開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、エックス線機器等に近づけないこと。
- 有効期限: 包装材に記載のとおり

【製造販売業者及び製造業者】

[製造販売業者]

業者名: 株式会社アンプリー

TEL: 03-3567-8666

[外国製造業者]

業者名: Anhui Intco Medical Products Co.,Ltd.

国名: 中華人民共和国

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

手袋はパッケージから取り出し、装着して使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ、かぶれや発疹などが発生することがあるので、異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処理を行うこと。

2. 重要な基本的注意

- 1) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
- 2) 製品に破損や汚損がある場合やピンホールなどの異常が認められる場合には使用しないこと。
- 3) 薬品や溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上、使用すること。
- 4) 複数の患者には使用しないこと
- 5) 使用後は感染防止に留意し、適切に処分すること。