

器具器械 22 検眼用器具のうち、自覚式屈折視力検査機器
一般医療機器 両眼視機能検査装置 37071000

ランダムドット E テスト

【形状、構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

両眼視機能を検査する。

【使用方法等】

1. 被検者にテスト眼鏡を装着させ、立体視標を見せる。
2. 立体像に見える絵を答えさせる。
3. 立体像に見えた絵によって立体視の程度を診断する。

【使用上の注意】

使用目的以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・アルコール類等の揮発性のガスや溶剤と一緒に保管しないこと。
- ・保管する際は、高温多湿の場所を避けること。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れたテスト眼鏡は専用の眼鏡拭きで拭き取ること。
- ・テスト表の汚れは乾いた布で拭き取ること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者 Vision Assessment Corporation

ビジョン アセスメント コーポレーション社 アメリカ

製造販売業者 アールイーメディカル株式会社



RE MEDICAL, Inc.

本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号

TEL (06)-4794-8220 (代表)