機械器具22　検眼用器具のうち、検眼レンズ

一般医療機器　検眼レンズ　34653000

マックスオートクレーバブル20D レンズ 青

【禁忌・禁止】

・本品は、滅菌処理を施した後、使用すること。

【形状・構造及び原理等】

レンズ：ガラス

【使用目的又は効果】

<使用目的>

本品は前房隅角、眼底、硝子体、網膜等の眼球の検査、診断に用いるレンズである。

【使用方法等】

<操作方法>

①被検眼の目の高さに光源を置き、本品レンズを通し瞳孔に光線を送る。

②眼球の倒像を観察する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1）使用前に必ず洗浄・滅菌（【保守・点検に係る事項】参照）をすること。

2）使用（滅菌）前に、汚れ、傷、異常がないか点検すること。

3）使用目的以外の目的で使用しないこと．また、折損等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1）貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず、必ず乾燥すること。

2）高温、多湿、直射日光及び水漏れを避けて室温で保管すること。

3）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

<洗浄>

①水又は、ぬるま湯ですすぐ。

②マイルドソープを数滴つけて湿らせたコットンボールで、円を描くようにゆっくり拭く。

③レンズを丁寧に冷水ですすいだ後、糸くずの出ないガーゼで慎重に拭く。

④必要に応じ<殺菌>又は<滅菌>の工程に進む。

<殺菌>

①本品をグルタールアルデヒド（2～3.4%の水溶液）に少なくとも20分間浸漬する（溶液の温度については、薬剤メーカーの推奨温度ラベルを参照すること）。または0.1%亜次塩素酸ナトリウム水溶液でも殺菌可能。推奨する漂白時間は約10分。

②レンズを冷水またはぬるま湯でよくすすぎ、洗浄液を洗い流す。1分間のすすぎを3回繰り返すことを推奨する。

③充分にレンズを乾かしたあと、乾燥した保管ケースに収納する。

・レンズにダメージを与える恐れがあるので、次亜塩素酸ナトリウム水溶液（家庭用漂白剤）を用いる場合は、10分間以上浸漬しないこと。

<滅菌>（エチレンオキサイドガスまたはオートクレーブ）

滅菌前に洗浄手順で洗浄すること。

EOG（エチレンオキサイドガス）滅菌

オキュラー社製のレンズ類は、すべてEOG滅菌可能。

滅菌指標

滅菌時間：最低1時間

滅菌温度：54℃

空気置換：12時間

オートクレーブ滅菌

標準サイクル（滅菌布に包んで滅菌）は次のいずれかの条件で行う。

滅菌時間：最低15分　　滅菌温度：134℃

または

滅菌時間：最低30分　　滅菌温度：121℃

<注意>

・オートクレーブには滅菌蒸留水を必ず使用すること。

・レンズにひびや欠けを生じる恐れがあるので、オートクレーブ滅菌後にレンズを急激に冷やさないこと。

【包装】

包装単位：1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造業者

Ocular Instruments, Inc.

米国　オキュラー社

製造販売業者

アールイーメディカル株式会社

RE MEDICAL, Inc.

本　社：

〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番29号

TEL (06)-4794-8220(代表)