



* 1 0 9 - 0 2 7 A *

* 2022年10月改訂（第2版）
2017年10月作成（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC011

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ (JMDN : 13700000)

メドライン 医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 体内に留置しないこと [体内遺残のおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを折り畳んだものである。

【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具である。

【使用方法等】

1. 適宜使用すること。

* 【使用上の注意】

1. 本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話 (03) 5842-8800