＊２０１－１１５Ａ＊

＊ 2023年 9月（第2版）
2022年 1月（第1版）

認証番号 226AFBZX00112000

機械器具　51　医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器　単回使用マウスピースコネクタ(44545000)

HUDSON RCI マウスピースコネクタ

再使用禁止

【警告】
本品を他の器具に接続した後、本品を含むすべての構成部品の接続部が正しく確実に接続され、閉塞やリーク等が生じていないことを確認すること。[偶発的に接続が外れ、換気不全に陥る可能性があるため。]

【禁忌・禁止】
再使用禁止、滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状、構造等＞
本品は、患者の口に挿入し、通常チューブを介して治療用又は診断用呼吸装置に接続するプラスチック製の小型器具である。マウスピースは患者の口に挿入し唇で挟むだけで呼吸回路に隙間なく合う。本品は未滅菌で単回使用される。

＜各部の名称＞

コネクタ部



マウスピース部

＜材質＞
ポリエチレン

【使用目的又は効果】

本品は、患者の口に挿入し、通常チューブを介して治療用又は診断用呼吸装置に接続することに使用される。

【使用方法等】

1. コネクタ部に医療用吸入器等の呼吸装置の接続チューブを接続する。
2. マウスピース部を患者の口に装着する。
3. チューブがしっかりと接続されていることを確認した後、吸入を開始する。

【使用上の注意】

1. **不具合・有害事象**
(1) その他の不具合
1) 製品の変形、破損
2) リーク
(2) その他の有害事象
1) 換気不全

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:
水濡れ、高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
メドライン・ジャパン合同会社
電話（03）5842-8800

製造業者：
＊メドライン　インダストリーズ、エルピー(米国)
Medline Industries, LP