社内管理番号 AT.1078.201001.05

** 2021年3月(第5版)
* 2017年9月(第4版)

届出番号 27B1X00027000078

機械器具49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器　歯科用カーバイドバー　(16668000)

クラウンカッターカーバイド

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

商品コード
411581

商品コード
411582

2. 原材料
タングステンカーバイド鋼

【使用目的又は効果】**
タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科用ハンドピースに装着し、金属、プラスチック、陶材、及び同様の材料の研削に用いる。

【使用方法等】

1.使用方法
(1)ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
(2)回転数は30000-300000rpmで使用する。

2.滅菌方法
付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただし、オートクレーブによる加熱温度は160℃を超えないこと。

[使用方法等に関連する使用上の注意]*
- 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- 推奨回転数にて使用すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：　株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田2-8-31
電話　06-6377-2221

製造業者：　DFS-DIAMON GmbH(ディーエフエス-ダイアモン GmbH)
ドイツ