

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管のうち患者固定具

一般医療機器	全身画像診断用・放射線治療用患者体位固定具	40902000
	頭頸部画像診断用・放射線治療用患者体位固定具	40898000
	胸部画像診断用・放射線治療用患者体位固定具	40899000
	四肢画像診断用・放射線治療用患者体位固定具	40900000
	骨盤画像診断用・放射線治療用患者体位固定具	40901000

ソフトタッチマット・Q-F i x

【警告】

患者に使用する前に、本製品が医師により作成された放射線治療計画の基準に適合している事を必ず検証すること。

【禁忌・禁止】

本製品が医師により作成された放射線治療計画の基準に不適合の場合には、使用しないこと。製品に傷・割れ等の損傷がある、又は損傷した場合には、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

アイテム株式会社

大阪府大阪市東住吉区公園南矢田 4-24-2

電話番号：06-6690-2615

製造元

Qfix/Aquaplast Corp. (BG30400837)

#30 Lawlins Park Wyckoff, NJ

07481 USA

【形状、構造及び原理等】



【使用目的、効能又は効果】

患者の全身、画像診断時又は画像支援の下での放射線治療の場合に患者を適切な位置決め及び長時間の処置中の快適性のために用いる。

【操作方法又は使用方法】

本機器の上に患者を寝かせて固定して使用する。

【使用上の注意】

本体に亀裂、裂け目及び変形がないことを確認の上、使用すること。

4595315763284

外觀写真

