

類別：機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 一般的名称：骨手術用器械 (JMDN コード 70962001)

フィクセーター・スリーブ・S

【禁忌・禁止】

当社が指定する以外の器具器械と組み合わせて使用しないこと。[想定していない事故が起こる恐れがあるため]

【形状・構造及び原理等】

<原材料>


ステンレス鋼 (ニッケル、クロムを含む)

<形状>

・フィクセーター・スリーブ・S



・プレートフィクセーター8C



<作動・動作原理>

骨接合手術に使用する器械である。

【使用目的又は効果】

骨接合手術等の骨手術に用いる手術器械をいう。手動式のものに
限る。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品は洗浄、滅菌を行った後に使用すること。
2. 本品は高圧蒸気滅菌が可能である。高圧蒸気滅菌を行う場合は、
以下の条件で滅菌することが推奨される。

推奨滅菌条件

保持温度	保持時間
115～118℃	30 分間
121～124℃	15 分間
126～129℃	10 分間

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 鋭利な部分を有する器具については、十分注意して使用する
こと。
 - (2) 本品のクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその
汚染が疑われる場合は、廃棄処分すること。

2. 不具合・有害事象

(1) 重大な不具合

破損、変形、摩耗等の不具合が現れた場合は、使用を中止し適切な処置を行うこと。

(2) 重大な有害事象

- ・感染
- ・骨折
- ・血管損傷
- ・一過性又は永続性の神経損傷
- ・過敏症
- ・体内遺残

(3) その他の有害事象

痛み、不快、違和感

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

1. 使用後は直ちに破損、折損がなかったかを確認すること。
2. 使用後は直ちに洗浄、滅菌を行うこと。
3. 分解可能なもの或いは組み合わせて使用するものは出来る
限り最小部分に分解してから洗浄すること。
4. 汚染除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等専用の洗剤を適
正な濃度で使用する。 (濃度については該当洗剤の使用説
明書を参照のこと)
5. 超音波洗浄装置を使用する際は、鋭利な部分同士が接触し損
傷することがないように注意すること。
6. 超音波洗浄装置を使用する際は、洗浄時間及び手順等は使用
する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物等がない
ことが確認できるまで洗浄すること。
7. 強アルカリや強酸性洗剤・消毒剤は器具を腐食させる恐れが
あるので使用を避けること。洗浄には柔らかいブラシ、スポン
ジ等を使用し、金属製たわし、クレンザー (磨き粉) は器具の
表面が損傷するので汚染除去及び洗浄時の使用はしないこと。
8. 隙間部分は柔らかいブラシなどでまたパイプ状のものは棒
状のブラシで入念に洗浄し、異物の残存がないことを確認する
こと。
可動部を有するものは可動させながら洗浄すること。
9. ブラシで汚染除去できない部分を有する器具については血
液溶解剤又は蛋白分解酵素剤で、超音波洗浄装置を用いて洗浄
すること。特に隙間部分に異物が残りやすいので、異物の残存
がないことを確認すること。
10. 洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥させること。
11. 滅菌前に、キズ、割れ、サビ、カケ、ひび割れ、接合不良等
の不具合がないか外観検査を実施すること。
12. 使用前に必ず【使用方法等】に示した滅菌条件で滅菌を行う
こと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アリオメディカル株式会社

電 話 番 号：06-6409-4803

販売業者の連絡先