

作成 2011 年 1 月 26 日

類別: 歯科材料 09 歯科用研削材料
一般的名称: 歯科技工用アブレシブ研削器具 (70901000)
分類: 一般医療機器
アルミナストーン

【警告】

損傷、変形等のあるものは使用しないこと。

本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【禁忌・禁止】

次の行為に対して気をつけてください。

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【形状・構造及び原理等】

①形状・構造等

本品はアルミナ繊維を織り込んだFRP素材である。

②原理

本品は技工物の研磨に用いる。脱落しやすいアルミナ砥粒を使用しているため目詰まりを起こしづらく、研磨後の表面を大変きれいに仕あげます。

【使用目的、効能または効果】

本品は技工物の研磨時に用いる先端工具である。砥粒の脱落により、目詰まりを防ぎ効率的な研磨作業が行えます。

【品目仕様等】

軸径: Φ2.3

刃長: 50mm

【操作方法または使用方法等】

歯科技工用ハンドピースに装着し 80,000 回転/分以下で使用する。

【使用上の注意】

損傷、変形等のあるものは使用しないこと。

本品は【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

①貯蔵保管方法

水のかからない場所に保管すること。

気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

②使用期間

保管方法に気をつければ、半永久的に使用が可能である。

【保守・点検に係る事項】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管すること。

【包装】

1 パッケージ 1 本入

【製造販売業者及び製造者の氏名又は名称および住所】

アルゴフアイルジヤパン株式会社

住所: 東京都千代田区神田美土代町 3-4 ニュー楓ビル

TEL: 03-3233-1133 FAX: 03-3233-1129