

2013年1月10日

医療機器届出番号：13B2X10121000154

2013年4月18日（第2版）

2025年10月22日（第3版）

## 機械器具 70 歯科用鋳造機

歯科技工用ポーセレン焼成炉 35762000

### 一般医療機器

### シントラ

（形状・構造および原理等）



#### （使用目的）

ポーセレン、ジルコニア等を焼成するために歯科技工で用いる。

#### （品目仕様等）

サイズ：37 x 43 x 75 cm

重量：60Kg

焼成チャンバー：φ 95mm x 140mm/h

焼成テーブル：φ 90mm

温度範囲：室温から 1,650°Cまで

電源：100/120 ボルト AC50-60Hz

200/240 ボルト AC50-60Hz

最大電力消費量：15 ボルト x 100A=1,500 ワット

#### （操作方法、使用方法等）

半焼成のデンタルワークを取扱説明書に基づいて焼成する。

#### （使用上の注意）

- ① 付属の取扱説明書を必ず参照すること。
- ② 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
- ③ 水のかかるような場所におかないこと。
- ④ 換気の良い場所に設置すること。
- ⑤ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと。
- ⑥ 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに電源プラグを持って行うこと。
- ⑦ 煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生したときは、使用をやめること。

#### （貯蔵・保管方法および使用期間等）

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

#### （包装）

シントラユニット…1台

電源コード…1本

焼結るつぼ

焼結るつぼ用カバー

取扱説明書

リフトキー

ジルコニアビーズ

#### （製造販売業者および製造業者の氏名または住所）

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地

錦町一丁目ビル 3 階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

製造元：Shenpaz Dental Ltd

（イスラエル）

取扱説明書を必ず御参照ください。