

2017年12月18日

医療機器届出番号:13B2X10121000165

2025年10月22日(第2版)

器25 医療用鏡

手術用電気機器及び関連装置 32692000

一般医療機器

**マルチルーペ**

---

**【形状・構造および原理等】**

形状: ヘッド型ルーペ及びアクリルレンズ



**【保管方法および有効期間等】**

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。

(包装)

1セット入り 1箱

**【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】**

アルゴファイルジャパン株式会社

住所: 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL: 03-3233-1133

FAX: 03-3233-1129

**【使用目的、効果】**

作業野の拡大像を得る

**【使用方法等】**

作業時にレンズを覗き使用する

必要に応じてレンズを付け替え、倍率を変更する

**【使用上の注意】**

- ① レンズはふくらみのある側を外側に装着する
- ② レンズを通して太陽や光線の強いものを覗かない
- ③ レンズに傷が付かないように注意する
- ④ レンズをレンズケースにしまう際、向きをそろえてしまうこと
- ⑤ LEDライト部分を水に濡らさないこと
- ⑥ 衝撃、水分等にさらされることの無いよう注意すること

取扱説明書を必ず御参照ください。