

平成 29 年 12 月 18 日

医療機器届出番号：13B2X10121000166

器 25 医療用鏡

双眼ルーペ 32692000

一般医療機器

グレートアイ

【形状・構造および原理等】



【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【包装】

1 セット入り

型番	GE8500（LED）	GE8000
重量	3.5kg	3.4kg
倍率	8 倍	8 倍
眼幅調整	55～75mm	55～75mm

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

アルゴファイルジャパン株式会社

【使用目的、効果】

作業野の拡大像が得られる

【使用方法等】

レンズを覗いて使用する

【使用上の注意】

- ① 精密機器ですので移動時などに衝撃を与えないで下さい
- ② レンズに直接触れないで下さい。
- ③ レンズは常に綺麗にしておいてください。キズをつけないようにハンドブローなどでチリを吹き飛ばしてください。レンズに付いた汚れや指紋、油污れなどはレンズクリーナーなどでふき取ってください。
- ④ 故障の原因となりますので分解しないで下さい。
- ⑤ 取扱説明書をよく読んで使用してください。

取扱説明書を必ず御参照ください。