

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリー (JMDN コード: 70469000)

ElbowLOC Arm Positioning システム（滅菌済品用）

再使用禁止

【禁忌・禁止】


<使用方法>

- 再使用禁止。

- 重大な有害事象
 - 固定の緩み・外れによる怪我
 - 長時間の姿勢固定による神経障害
- その他の有害事象
 - 固定部位の皮膚の損傷

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

本品は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れないよう注意し、清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

ラベルまたは包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : Arthrex Japan 合同会社
電話 : 03-4578-1000
製造元 : アースレックス社 (アメリカ合衆国)
Arthrex, Inc.



2. 作動・動作原理

本品を手術台に取り付けて使用することで、患者の上肢を意図した位置に固定する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は手術台に用いる付属品である。患者の上肢を意図した位置に固定する。

【使用方法等】

1. 使用前の注意事項

使用直前に開封し、開封後は直ちに使用すること。また、製品及び包装に破損等が見られる場合は使用しないこと。使用後は感染に注意して取扱い、廃棄すること。

2. 使用方法

本品を使用し、患者の上肢を意図した位置に固定する。

詳細については該当する手技書を参照すること。

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- 使用時に衝撃や必要以上の力を加えないこと[患者へのダメージ又は本品が破損するおそれがある]。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

- 重大な不具合
 - 製品の変形・破損
 - 固定の緩み・外れ

手術手技書を必ずご参照ください。